

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΟΟΓΡΑΦΟΥ**

Ακοογράφος τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλος για τις ανάγκες του τμήματος ΩΡΛ και να συνοδεύεται με ζεύγος δεκτών αέρος σε κεφαλόδεσμο, οστεόφωνο B71 με στεφάνη, κομβίο απαντήσεων ασθενή		
1	Σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ
2	Τάση λειτουργίας	220 V / 50 Hz
3	Δυνατότητα λειτουργίας με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	Ναι
4	Κατηγορία ηλεκτρικής ασφάλειας	Να αναφερθεί
5	Ακοομετρία αέρος	Σε βαθμίδες 1, 2 & 5db από -10 έως 80 db
6	Οστέινη ακοομετρία	Σε βαθμίδες 1, 2 & 5db από -10 έως 80 db
7	Ακοομετρία αυτόματη	Κατά Hughson-Westlake
8	Δοκιμασία ABLB	Ναι
9	Δοκιμασία Stenger	
10	Να διαθέτει ερεθίσματα	Να αναλυθεί Τόνους από 125-8000Hz Warble τόνους Masking narrow band
11	Να διαθέτει παροχή ήχου	Χειροκίνητα και με αντιστροφή λειτουργίας Μονά ή πολλαπλά ερεθίσματα
12	Εύρος συχνοτήτων	125-8000 Hz περίπου
13	Να διαθέτει επιλογή απόρριψης συχνοτήτων	Ναι
14	Προστασία 20 db	Ναι
15	Ενσωματωμένο μικρόφωνο	ναι
16	Εσωτερική μνήμη	Ναι Για 500 εξετάσεις περίπου
17	Λογισμικό εύχρηστο	Να αναλυθεί
18	Βαλίτσα μεταφοράς	Ναι
19	Θύρα USB	ΝΑΙ