

Προς : "Ο Ευαγγελισμός" - Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Υπόψη : Τμήμα Βιοιατρικής

Αθήνα, 05/02/2020

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες σας επισυνάπτουμε τα σχόλια μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων φορείων.

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΗ

Προδ. 1) Υψηλής ποιότητας κατασκευής. Να προσδιορισθεί το υλικό κατασκευής: Από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 304.
Προδ. 3) Ασφαλές φορτίο λειτουργείας. Να προσδιορισθεί το βάρος ασθενή: Τουλάχιστον 300 kg.

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ

Προδ. 1) Υψηλής ποιότητας κατασκευής. Να προσδιορισθεί το υλικό κατασκευής: Από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 304.
Προδ. 3) Ασφαλές φορτίο λειτουργείας. Να προσδιορισθεί το βάρος ασθενή: Τουλάχιστον 300 kg.
Προδ. 6) Ρύθμιση του ύψους της επιφάνειας κατάκλισης. Να αναφερθεί το εύρος ρύθμισης: Μέσω 2 τηλεσκοπικών κολόνων και ποδομοχλού με υδραυλική κίνηση.
Προδ. 10) Κεντρικό σύστημα πέδησης: Κατευθυντήριο τροχό καθώς και 5° τροχό για την εύκολη μετακίνηση στους χώρους του νοσοκομείου.

Μετά τιμής,

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452
ΑΦΜ: 999495127 - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 00629
ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΦΙΛΙΠΠΕΙΑΣ)
ΤΗΛ: 210 2811640 - FAX: 210 2830406

Λεωνίδας Ψηλιάκος