



Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Τ.Θ. 60178 Τ.Κ. 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκη –
Τηλ.: +2310463388, 463531
Fax: +30 2310 464 570

A.Φ.Μ. 094373861

Προς:

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
bioiatriki2002@yahoo.com

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-03-2015

ΘΕΜΑ : Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για φιάλες οξυγόνου με ενσωματωμένο κλείστρο

Κύριοι,

Σχετικά με την πρόσκληση σας για την διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών του έργου του θέματος θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι:

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά της φιάλης αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχουν επί της φιάλης τα εξής:

- Ηλεκτρονική ένδειξη υπολειπόμενης ποσότητας οξυγόνου (λίτρα) (Άρθρο 8).
- Ηλεκτρονική ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας (Άρθρο 9).
- Οπτικοακουστικός συναγερμός υπολειπόμενης ποσότητας πίεσης και χρόνου μέτρησης (Άρθρο 10).

Συγκρινόμενα με την παραδοσιακή μέθοδο μέτρησης της πίεσης (μανόμετρο), παρουσιάζουν τα παρακάτω μειονεκτήματα:

1. Αυξημένο κόστος.
2. Εξάρτηση από μπαταρίες (δεδομένου ότι οι φιάλες θα είναι φορητές, θα πρέπει ο εκάστοτε χρήστης να φέρει πάντοτε μαζί του μπαταρίες).
3. Πολύπλοκα στην λειτουργία τους.
4. Ευαισθησία λόγω της φορητότητας των φιαλών (πιθανές δυσλειτουργίες λόγω κραδασμών).

Από πληροφορίες μας προκύπτει ότι το προτεινόμενο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της πίεσης των φιαλών, στην Ελλάδα το διαθέτει μόνο μια εταιρία και συνεπώς περιορίζεται σημαντικά ο ανταγωνισμός.

Για την Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΦΜ: 094373861 - ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε. 0710/Β/03/194
Τ.Θ. 60178 - 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 463.388 - FAX: 2310 464.570

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ