

Προς :

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
"Ο Ευαγγελισμός"
Τμήμα : Βιοϊατρική Τεχνολογία

Θεσσαλονίκη, 19/02/2015

ΘΕΜΑ : Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

με την παρούσα επιστολή σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών της διαβούλευσης που αφορά το είδος «Λαρυγγοσκόπιο με λάμα Νο. 3 και Νο. 4» & «Λαρυγγοσκόπιο με λάμα μεταβλητού άκρου», ως κατωτέρω :

Πηγή φωτισμού

§8 → Να αναφερθεί η μετρούμενη ένταση του αποδιδόμενου φωτισμού σε απόσταση 20 – 35 mm από την άκρη της λάμας, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση - διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ανανιάδης Κωνσταντίνος

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Π.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 21 - Τ.Κ. 11527 - ΑΘΗΝΑ 2310200083
Τ.Κ. 546 34 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 093635530 - ΔΟΥ: Ε' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ