



GE Healthcare AE

Σωρού 8-10
151 25, Μαρούσι, Αθήνα

T 210 8930 600
F 210 9625 931

ΠΡΟΣ: Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠ'ΟΨΙΝ: Κος Β. Α. ΓΚΕΡΓΚΗΣ

Τηλ.213-2045950
Email: bioiatriki2002@yahoo.com

Αθήνα, 06/11/2014
Αρ. Πρωτ. 14-0476/US

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις-προτάσεις
Επί της Δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών **Συστήματος
υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης**

Αξιότιμοι Κύριοι,

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω **ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ** με αρ. πρωτ. **14 / 01 / 3141*36465** θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω αναφορικά με το **είδος : Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης**

Τεχνική Προδιαγραφή όπου αναφέρεται:

«*Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array: NAI από 3 MHz έως 18 MHz*»

Ο προηγμένος υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης που η εταιρεία μας προτίθεται να προσφέρει στο διαγωνισμό βάσει του συνόλου των προδιαγραφών διαθέτει μεγάλη γκάμα ηχοβόλων κεφαλών Linear Array με εύρος συχνοτήτων πολύ κοντά στα ζητούμενα όρια, έχοντας απόκλιση μόλις λίγων δεκαδικών ψηφίων και για το λόγο αυτό καθώς και για την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«*Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array: NAI από **3.5 MHz** έως 18 MHz*»

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας.

Με τιμή,



Σπύρος Λάζαρης
Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων