

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED)

Από: Vassiliki Georgouloupoulou (Medic Plan) (v.georgouloupoulou@medic-plan.com)

Προς: bioiatriki2002@yahoo.com

Κοιν.: raipetis@medic-plan.com

Ημερομηνία: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, 11:05 π.μ. EEST

κύριοι,

Αναφερόμενοι στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Χειρουργικού Προβολέα LED, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια του είδους. Αναλυτικότερα:

Γ. Κεφαλή: Προτείνεται η βελτίωση των παρακάτω παραγράφων ως εξής:

6.	Φωτιστική ένταση σε απόσταση 100cm	120.000 lux τουλάχιστον.
7.	Ρύθμιση φωτεινότητας	Από περίπου 20% έως 100% της μέγιστης έντασης
8.	Θερμοκρασία χρώματος	Τουλάχιστον 4500 Kelvin. Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα καθώς επίσης δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.
12.	Διάρκεια ζωής LED	50.000 ώρες τουλάχιστον

Παράγραφος 11: Για μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής, προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:

11.	Χρωματική απόδοση Ra (CRI)	≥ 94
-----	----------------------------	-------------

Με εκτίμηση

Γεωργουλοπούλου Βασιλική

(Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)

Τμήμα Διαγωνισμών)

MEDIC PLAN / MEDIZINE TECHNIK

Αλ. Παναγούλη 70, 153 43 Αγ. Παρασκευή

Τηλ./Fax: (210) 77.85.064, 77.91.042

E-mail: v.georgouloupoulou@medic-plan.com

[Http://www.medic-plan.com](http://www.medic-plan.com)

