

**Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για 16.09.2019- ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΕ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΟ**

Yahoo/Εισερχόμενα



Magda Vikelouda <mvikelouda@antisel.gr>
Προς: bioiatriki2002@yahoo.com <bioiatriki2002@yahoo.com>

16 Σεπ στις 1:55 μ.μ.

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι

Η εταιρεία μας ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Νοσοκομείου σας να καταθέσει τις παρατηρήσεις για τη "Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συμπυκνωτή με φυγοκέντρηση σε κενό για 16.09.2019", έχει την τιμή να καταθέσει τις παρακάτω προτάσεις.

A) Προδιαγραφή Νο.7

7. Φυγοκέντρηση σωληναρίων. Να διαθέτει κατάλληλη κεφαλή για σωληνάρια των 1.5/2 ml. Να αναφερθεί ο αριθμός θέσεων της κεφαλής. Επί της προδιαγραφής νο.7 επιθυμούμε να παρατηρήσουμε ότι :

Επειδή κατά την εκτίμησή μας ο όρος **«Να αναφερθεί ο αριθμός θέσεων της κεφαλής»** είναι γενικός και όχι αρκούντως σαφής, προτείνουμε ο όρος **« Να αναφερθεί ο αριθμός θέσεων της κεφαλής»** να αντικατασταθεί με τον όρο **“Να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 36 σωληνάρια, χωρητικότητας 1,5/2 ml”**

B) Επίσης για να μπορεί ο συμπυκνωτής να διευρύνει τη δυνατότητα χρήσεων του στο μέλλον προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή:

“Να υπάρχουν διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα για παγίδευση ραδιοενεργών πηκτικών ή για χρήση με ολιγονουκλεοτίδια (Oligo Preps)”

Γ) Για την παρακολούθηση των δεδομένων της λειτουργίας του συμπυκνωτή μέσω Η/Υ προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή:

“Να διαθέτει θύρα USB ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης των δεδομένων ζωντανά (live) από το σύστημα”

Δ) Για τη διασφάλιση της μετά της πώλησης τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή:

“Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος για την εγκατάσταση, συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό”

Με την ελπίδα ότι οι προτάσεις μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Βικελούδα Μάγδα

Τμήμα Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Τηλ: 231 0322525 | Εσ: 231 1240110

Κινητό: 697 2107147 | mvikelouda@antisel.gr | www.antisel.gr