

ΠΡΟΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΤ

Τηλ.: 2132045988
E-mail: bioiatriki2002@yahoo.gr

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. πρωτ: 2019 /Ε/Ο/111937 ΑΧ/ιφ

Θέμα: «Πρόσκληση στην Διαβούλευση για την προμήθεια Λαπαροσκοπικής Οπτικής»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της πρόσκλησης σας που αφορά την **«Διαβούλευση για την προμήθεια Λαπαροσκοπικής Οπτικής»** και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την Δευτέρα 16/09/2019, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις προδιαγραφές .

Προτείνουμε να επαναδιατυπωθούν ορισμένες προδιαγραφές **διατηρώντας το γενικό τους χαρακτήρα** προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των εταιρειών που διαθέτουν ανάλογα υλικά ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο **η καλύτερη και πιο συμφέρουσα επιλογή για το Νοσοκομείο σας.**

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Μετά τιμής,
Για την **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ**



Κίμων Καλόγλου
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Για την προστασία και την ασφάλεια των πελατών μας και των προμηθευτών μας, η εταιρεία μας **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ** και οι προστεθέντες αυτής, κατά την καταχώριση και επεξεργασία των οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων περιέλθουν στην κατοχή τους συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας.



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ**

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

11. Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση της γωνίας οράσεως.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Η προδιαγραφή αποτελεί φωτογραφική διάταξη συγκεκριμένης εταιρείας αποκλείοντας τους υπόλοιπους κατασκευαστικούς οίκους. Ως εκ τούτου δεν ευνοείτε η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

11. Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση ή ευάγνωστη χάραξη της γωνίας οράσεως για εύκολη αναγνώριση της.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

12. Το προσοφθάλμιο τμήμα να δύναται να αφαιρεθεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ Α.Ε.

Η προδιαγραφή αποτελεί φωτογραφική διάταξη συγκεκριμένης εταιρείας αποκλείοντας τους υπόλοιπους κατασκευαστικούς οίκους. Ως εκ τούτου δεν ευνοείτε η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την εξαίρεση της.