

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019  
Αρ. Πρωτ.: 1392/13-09-2019

ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι

Στα πλαίσια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ψυγείου σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για ιατρική χρήση για φύλαξη ευαίσθητων υλικών (φάρμακα κ.α.) για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρεία μας.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.Α. 22**

*ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – Α/Α 22 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ*

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής «Ανοξείδωτο υλικό υψηλής αντοχής...» ως εξής: «Ανοξείδωτο υλικό υψηλής αντοχής ή **άλλο άθραυστο, ανθεκτικό και θερμομονωτικό υλικό**».

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.Α. 23**

*ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – Α/Α 23 ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ*

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής 23: «...Να είναι ρυθμιζόμενα, ανοξείδωτα και υψηλής αντοχής.» ως εξής: «...Να είναι ρυθμιζόμενα, ανοξείδωτα ή **από άλλο άθραυστο - ανθεκτικό υλικό** και υψηλής αντοχής.»

Οι κατασκευαστικοί οίκοι στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την μόνωση των παραγόμενων προϊόντων, να διευκολύνουν τον χειριστή αλλά και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, παράγουν πλέον εξαιρετικής ποιότητας άθραυστα υλικά με αυξημένη θερμομονωτική ικανότητα δίνοντας μάλιστα και εγγύηση εφ' όρου ζωής για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούν.

Με εκτίμηση

Για την **SafeBlood BioAnalytica A.E.**

SafeBlood BioAnalytica  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
ΙΛΥΣΙΩΝ 3Α-5 - ΑΘΗΝΑ, 115 28  
ΑΦΜ: 099995534 - ΔΟΥ: Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 6400318 - ΦΑΞ: 210 64 62 748  
e-mail: info@sbbio.gr  
ΕΜΠΛ: 1548

Ειρήνη Καραπιδάκη

Product and Application Manager

Τομέας Αιμοδοσίας και Μεταγγισιοθεραπείας