

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Yahoo/Εισερχόμενα



Anastasia Vassou (Medic Plan) <a.vassou@medic-plan.com>
Προς: bioiatriki2002@yahoo.com
Κοιν.: biomed@medic-plan.com

13 Σεπ στις 3:36 μ.μ.

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφερόμενοι στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Θερμικό Απολυμαντή Ενδοσκοπίων, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών. Αναλυτικότερα:

Παράγραφος 2: Προτείνεται να διευκρινιστεί το εξής:

«Να είναι εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, και ο θάλαμος πλύσης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316L, ανθεκτικό στη διάβρωση, με λείες άκρες και γωνίες για την αποτροπή συσσώρευσης ακαθαρσιών και την δημιουργία βακτηρίων.»

Παράγραφος 15: Προτείνεται να τροποποιηθεί η εξής παράγραφος ως εξής:

*«Σύστημα ασφαλείας που να ελέγχει:
α) Το επίπεδο των διάφορων υγρών στο θάλαμο του απολυμαντή ...»*

Παράγραφος 17: Προτείνεται να προστεθεί το εξής:

«Να διαθέτει πιστοποίηση για την αποτελεσματικότητα & την ασφάλεια του βάσει των προδιαγραφών ISO 15883-1 & 4 και ISO 14937 (liquid sterilization).»

Ανακεφαλαιώνοντας και με σκοπό τη δυνατότητα ευρύτητας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όσο τεκμηριωμένα αναφέρονται ανωτέρω.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Βάσσου Αναστασία
(Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Διαγωνισμών)

MEDIC PLAN / MEDIZINE TECHNIK
Αλ. Παναγούλη 70, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ./Fax: (210) 77.85.064, 77.91.042
E-mail: a.vassou@medic-plan.com
[Http://www.medic-plan.com](http://www.medic-plan.com)