

Προς
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ
ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47
ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000004794

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: Σχόλια επί της Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στη σχετική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας για την προμήθεια «Θερμικού Απολυμαντή Ενδοσκοπίων», θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS ο οποίος αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει αυτόματους απολυμαντές εύκαμπων ενδοσκοπίων υψηλής ποιότητας και κατασκευής οι οποίοι εξασφαλίζουν την υψηλού βαθμού απολύμανση των προς επεξεργασία ενδοσκοπίων. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα περισσότερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και Ενδοσκοπικά Τμήματα στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το Γ.Ν. Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» διαθέτουν αυτόματους απολυμαντές του κατασκευαστικού οίκου OLUMPUS.

Η εταιρεία μας στην περίπτωση προκήρυξης του υπό διαβούλευση διαγωνισμού, προτίθεται να συμμετέχει, με τα αντίστοιχα προϊόν του κατασκευαστικού οίκου OLUMPUS MEDICAL CORPORATION, καταθέτοντας έγγραφη προσφορά και προσφέροντας «Αυτόματο Απολυμαντή Πλυντήριο εύκαμπων ενδοσκοπίων» τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας ο οποίος καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου τμήματος ενδοσκοπικής σήμερα. Η εταιρεία, στα πλαίσια της μακροχρόνιας συνεργασίας με το Νοσοκομείο σας και προκειμένου να διασφαλίζεται η προμήθεια ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος με την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών προτείνει την ενσωμάτωση των ακόλουθων, στις προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών:

- Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα παραγωγής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή ισοδύναμη διάταξη, του ίδιου οίκου με το πλυντήριο, η οποία να απολυμαίνει το νερό σε όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και στο τελευταίο στάδιο ξεπλύματος, στο οποίο να προστίθεται μικρή ποσότητα απολυμαντικού υγρού για καλύτερα αποτελέσματα και εξασφάλιση της υψηλού βαθμού απολύμανσης.
- Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας καθαρισμού.
- Να διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα φίλτρων καθαρισμού και αφαλάτωσης του εισερχόμενου νερού χωρίς να χρειάζεται εξωτερική εγκατάσταση. Επίσης να μην χρειάζεται αλλαγή των φίλτρων μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος λειτουργίας του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση να αναφερθεί η συχνότητα αλλαγής όλων των φίλτρων καθώς και το κόστος τους το οποίο θα συνυπολογισθεί στον υπολογισμό της τιμής.
- Να έχει δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού της έναρξης του προγράμματος πλύσης.

**ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
& ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Ιουλιανού 2, Μεταμόρφωση,
144 51 Αθήνα
Τηλ: 210-2806200
Fax: 210-2806210
e-mail: admin@protoncy.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Δημ.Στρογγόλη 21, Αγ.Ιωάννης
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη
Τηλ:2310-452936,2310-452998
Fax: 2310452893
e-mail: admin@protoncy.gr





Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Keskini", written over a horizontal line.

H. Κεσκινίδης
Product Specialist
OLYMPUS G&R Division