

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 1393/13-09-2019

ΠΡΟΣ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι

Στα πλαίσια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικού κάθετου Ψυγείου ασφαλείας, τροχήλατο κατάλληλο για φύλαξη ασκών αίματος σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρεία μας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.Α. 13.β

Α/Α 13 «ΠΟΡΤΑ, β. ΘΕΡΜΟΜΩΝΟΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΠΛΟ»

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής: «Θερμομονωτικό κρύσταλλο, τουλάχιστον διπλό» ως εξής: «Θερμομονωτικό κρύσταλλο, τουλάχιστον διπλό **ή άλλο διαφανές άθραυστο θερμομονωτικό υλικό**».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.Α. 13.γ

Α/Α 13 «ΠΟΡΤΑ, γ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΜΕ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής: «Κρύσταλλο με αντιθαμβωτικό σύστημα» ως εξής: «Κρύσταλλο **ή άλλο διαφανές άθραυστο θερμομονωτικό υλικό** με αντιθαμβωτικό σύστημα».

Οι κατασκευαστικοί οίκοι στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την μόνωση των παραγόμενων προϊόντων, να διευκολύνουν τον χειριστή αλλά και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, παράγουν πλέον εξαιρετικής ποιότητας άθραυστα υλικά με αυξημένη θερμομονωτική ικανότητα δίνοντας μάλιστα και εγγύηση εφ' όρου ζωής για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.Α. 15

A/A 15 «ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΦΙΩΝ»

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής: «ανοξείδωτα και υψηλής αντοχής» ως εξής:
«ανοξείδωτα ή από άλλο υψηλής αντοχής υλικό»

Με εκτίμηση

Για την **SafeBlood BioAnalytica A.E.**


SafeBlood BioAnalytica
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΛΙΣΙΩΝ 3Α - 5 - ΑΘΗΝΑ, 115 28
ΑΦΜ: 099996534 - Δ.Ο.Υ. Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6400316 - ΦΑΞ: 210 64 62 748
e-mail: info@sbbio.gr
ΕΜΠΛΑ: 1548

Ειρήνη Καραπιδάκη

Product and Application Manager

Τομέας Αιμοδοσίας και Μεταγγισιοθεραπείας