



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 10676

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132045988

EMAIL: bioiatriki2002@yahoo.com

29/10/2018

**ΘΕΜΑ: « ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ 140 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 10ml
ΚΑΙ 90 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 5-7 mL ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΥΠΟΥ Α2.**

Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλώ πολύ, όπως προχωρήσετε στην αλλαγή των παρακάτω προδιαγραφών:

ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ:

Προδιαγραφή νούμερο 11:

- Να αφαιρεθεί η φράση αντικειμενοφόρες πλάκες.

Προδιαγραφή νούμερο 14:

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (rpm) 15000.

- Να γίνει αλλαγή σε 14000 μέγιστη ταχύτητα περιστροφής.

Προδιαγραφή νούμερο 20:

- Να αφαιρεθεί το τμήμα « **Να διαθέτει έτοιμα προγράμματα φυγοκέντρησης**»

ΚΕΦΑΛΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ:

Προδιαγραφή νούμερο 3:

Υποδοχείς/ θέσεις φιαλιδίων δειγμάτων.

- Να γίνει αλλαγή και το 140 θέσεων να αλλαχθεί σε 48 θέσεων και το 90 θέσεων να αλλαχθεί σε 52 θέσεων.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση για την Pegasus Health & Science S.A.



ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
PEGASUS HEALTH & SCIENCE S.A.
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΙΑΤΡ. ΜΗΧΗΤΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 2 & Α ΠΕΝΤΕΛΗΣ 29 ΒΡΗΛΗΣΣΙΑ - Τ.Κ. 15235
ΑΦΜ 800738217 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ +30 210 8032230 Fax +30 210 8032202

Κατερίνα Στίνη
Business Development Manager

Ευαγγέλιος Γρημανέλης
Πρόεδρος Δ.Σ.