



Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Υψηλάντου 45-47
106 76 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 13/12/2018

**Αφορά: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 140 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 10 ML & 90 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 5-7 ML**

Αναφερόμενοι στην ανωτέρω διαβούλευση, προτείνουμε τις εξής αλλαγές:

**A. ΓΕΝΙΚΑ – Παράγραφος 3+4 / Β. ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – Κεφαλή
φυγοκέντρωσης, παράγραφος 3**

Συνολική χωρητικότητα ≥ 140 θέσεις, όχι ο κάθε υποδοχέας (αυτό θα σήμαινε 560 θέσεις!!
συνολικά)

Συνολική χωρητικότητα 20 υποδοχέων ≥ 90 θέσεις, όχι ο κάθε υποδοχέας (αυτό θα σήμαινε 180
θέσεις για 2 μόνο υποδοχείς!)

B. ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – Κεφαλή φυγοκέντρωσης, παράγραφος 5

Επιτάχυνση 3.000 xG αντί 2.500 xG, που είναι πολύ χαμηλή και η φυγοκέντρωση θα είναι ατελής
ή/και θα διαρκεί πολύ χρόνο.

Στην κεφαλή φυγοκέντρωσης, να προστεθεί η προδιαγραφή:

- Να διαθέτει καλάθια βιολογικής ασφάλειας κουμπωτά

B. ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – παράγραφος 11

Να προστεθεί: Να μπορούν να αλλάζουν οι κεφαλές εύκολα, χωρίς ειδικό εργαλείο, με το πάτημα
ενός κουμπιού.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. Τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων

2.1 και 2.1.β : να προστεθεί μετά το «θυγατρικό οίκο», η φράση «ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
στην Ελλάδα»

2.2.2 + 2.2.5: να αλλάξει η φράση από «εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση» σε «εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα», σε όλα τα σημεία της
παραγράφου.



3. Εκπαίδευση προσωπικού

3.1.α : να είναι προαιρετική η παράδοση του εγχειριδίου χρήσης στην προσφορά, εφόσον δεν είναι απαραίτητο για την απόδειξη των τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου.

3.2 : να αλλάξει η φράση από «εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση» σε «εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα», σε όλα τα σημεία της παραγράφου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,



Α. Ζιλλιερόν