

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 14-12-2018

**Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ**

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου	ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση	ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA – 570 01 ΘΕΡΜΗ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Υπεύθυνος σύνταξης	ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
Τηλέφωνο	2310 322 525
Φαξ	2310 321 912
Email	antisel@antisel.gr

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφορικά με την από 10/12/2018 ανάρτηση δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου σας, η οποία αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Επιτραπέζιας φυγόκεντρου 140 φιαλιδίων 10ml και 90 φιαλιδίων 5-7ml», σας παραθέτουμε τα σχόλιά μας:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στα Τεχνικά-Λειτουργικά Χαρακτηριστικά, στο σημείο όπου αναφέρεται η **Κεφαλή Φυγοκέντρησης**, για την διευκόλυνση των χρηστών, προτείνουμε την προσθήκη της εξής προδιαγραφής:

«Η προσφερόμενη κεφαλή να μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων με το πάτημα ενός πλήκτρου, προς σημαντική διευκόλυνση του χρήστη».

Στα Τεχνικά-Λειτουργικά Χαρακτηριστικά, στο σημείο όπου αναφέρεται ο **Πίνακας Ελέγχου** προτείνουμε να αναφερθεί ένας ελάχιστος αριθμός επιπέδων φυγοκέντρησης, ώστε να υπάρχουν πολλαπλές επιλογές για το χρήστη να φυγοκεντρήσει με τη σωστή επιτάχυνση τα δείγματά του.

Στο σημείο 4, του Πίνακα Ελέγχου προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής:

«Τουλάχιστον 9 επίπεδα/προγράμματα επιτάχυνσης ταχύτητας φυγοκέντρισης»

και στο σημείο 5, προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής:

«Τουλάχιστον 9 επίπεδα/προγράμματα επιβράδυνσης ταχύτητας φυγοκέντρισης».

Αθήνα, 13/12/2018

ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΡΑ ΣΕΛΙΑΗ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΣΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA - 570 91/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 231 0322675 FAX: 231 0321912
ΑΘΗΝΑ: ΜΙΧΑΗΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116 - 115 27 ΙΛΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 7795880 FAX: 210 7716932
ΑΦΜ: 091569759 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με τιμή,

Λαμπρινή Μυλωνά

Τμήμα Πωλήσεων Προϊόντων Αιμοδοσίας