

ΠΡΟΣ

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Όνομα	Δημήτρης Καπατσώρης
Τμήμα	Πωλήσεων
Τηλέφωνο	+30 (210) 6590900
Fax	+30 (210) 6544024
Κινητό	+30 (69) 42467767
E-mail	Dimitris.kapatsoris@siemens-healthineers.com
Επιστολή σας	Αρ. πρωτ.
Σημεία μας	Αρ. πρωτ. D092
Ημερομηνία	06 Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ) για γ-CAMERA ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια :

1. Με σκοπό η κάθε Εταιρεία να προσφέρει το τελευταίο διαθέσιμο συγκρότημα γ Camera, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, η παράγραφος "Γενική περιγραφή – σύνθεση συστήματος" θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

"Το συγκρότημα γ-Camera δύο (2) κεφαλών να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για τη διενέργεια και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων στατικών, δυναμικών, ολοσωματικών και τομογραφικών εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής και να είναι αναβαθμιζόμενο με νέες λειτουργίες και προγράμματα."

2. Στην παράγραφο "Ανιχνευτικές κεφαλές" και με σκοπό την δυνατότητα εξέτασης ασθενών σε κρεβάτι ή αναπηρικές καρέκλες θα πρέπει να προστεθεί η κάτωθι παράγραφος.

"Δυνατότητα εξέτασης ασθενών σε κρεβάτι ή αναπηρική καρέκλα με την κατάλληλη διάταξη ανιχνευτών"

3. Στην παράγραφο "Απόδοση συστήματος" ζητείται:

Εξωτερική Χωρική Διακριτική Ικανότητα (LEAP)

FWHM at 10 cm, mm

FWTM at 10 cm, mm

Σχετικά με την ανωτέρω παράγραφο θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι οι τιμές ζητούνται στο CFOV και κατά δεύτερον, ο κατευθυντήρας να είναι LEHR, αφού ο LEAP δεν ζητείται από τις προδιαγραφές σας, οπότε και οι ζητούμενες τιμές δεν θα έχουν νόημα στην απόδοση του συστήματος. Οπότε η ανωτέρω παράγραφος θα πρέπει να τροποποιηθεί:

Εξωτερική Χωρική Διακριτική Ικανότητα (LEHR)

SIEMENS HEALTHCARE ABEE

Λ.Κηφισίας 284,
152 32 Χαλάνδρι

Τηλ: +30 (210) 65 90 900
Fax: +30 (210) 65 44 024
www.siemens.com/healthineers

A.Φ.Μ.: 094456875 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002370901000 ΑΜΠ:1904

Έκδοση 2

FWHM at 10 cm στο CFOV, mm

FWTM at 10 cm στο CFOV, mm

4. Στην παράγραφο "κατευθυντήρες" ζητείται εκτός των άλλων MEGP (Medium Energy General Purpose) και HEGP ή HEAP (High Energy General Purpose ή High Energy All Purpose)

Η ονομασία που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας για του εν λόγω κατευθυντήρες είναι ME (Medium Energy) ή MELP (medium energy low penetration) και HE (High energy)

Με σκοπό την αποφυγή παρερμηνειών θα επιθυμούσαμε να συμπεριληφθούν και οι ανωτέρω ονοματολογίες στους κατευθυντήρες.

5. Με σκοπό την άνετη παραμονή του εξεταζόμενου κατά την διάρκεια της εξέτασης η οθόνη εμμονής θα μπορούσε να προβάλει video της επιλογής του Νοσοκομείου ώστε να διευκολύνεται η παραμονή του εξεταζόμενου. Οπότε αιτούμεθα να προστεθεί η κάτωθι παράγραφος

"Ενσωματωμένη μονάδα DVD player για την αναπαραγωγή Video στην οθόνη εμμονής με σκοπό την άνετη παραμονή του εξεταζόμενου κατά την διάρκεια της εξέτασης"

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Για την Εταιρεία

SIEMENS HEALTHCARE ABEE

SIEMENS HEALTHCARE

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Α.Φ.Μ.: 094456875 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 210 65 90 900 FAX: 210 65 44 024

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002370901000 - ΑΜΠ: 1984

Τσουκαλά Χριστίνα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ