

Προς
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ
ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47
ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000001888

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018

Θέμα: Σχόλια επί της Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΙΝΟΠΤΙΚΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στη σχετική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας για την προμήθεια Ινοπτικού Λαρυγγοσκοπίου Δύσκολης Διασωλήνωσης, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS MEDICAL CORPORATION, ο οποίος αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., διαθέτει τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας **ινοπτικά εύκαμπτα βρογχοσκόπια** κατάλληλα για δύσκολη διασωλήνωση και έχει εξοπλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό Αναισθησιολογικών τμημάτων και τμημάτων Μ.Ε.Θ. σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Νοσοκομείου σας.

Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ως έχουν συνταχθεί περιγράφουν στο σύνολό τους αντίστοιχο εύκαμπτο ινοπτικό βρογχοσκόπιο δύσκολης διασωλήνωσης, πλην όμως ο τίτλος του ζητούμενου μηχανήματος αναφέρει «Ινοπτικό Λαρυγγοσκόπιο δύσκολης διασωλήνωσης». Παρακαλούμε όπως διασαφηνίσετε το είδος του μηχανήματος το οποίο περιγράφεται από την εν λόγω διαβούλευση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,



Ηλίας Κεσκινίδης
Sales Specialist
Olympus G&R

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ &
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Ιουλιανού 2, Μεταμόρφωση,
144 51 Αθήνα
Τηλ: 210-2806200
Fax: 210-2806210
e-mail: admin@protoncy.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη
Τηλ:2310-452936,2310-452998
Fax: 2310452893
e-mail: admin@protoncy.gr

