

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΨΗΛΟ**

<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Καλάθι αποστείρωσης κατάλληλο για το τμήμα της Κεντρικής Αποστείρωσης για εύκολη διακίνηση και αποθήκευση των αποστειρωμένων υλικών με δυνατότητα προσάρτησης στον εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένο στο τμήμα (πλυντήρια, καρότσια φόρτωσης-εκφόρτωσης κλιβάνων, αποθηκευτικά ράφια).	
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα	AISI 304 (1.4301)
2. Δυνατότητα αποθήκευσης του ενός καλαθιού μέσα στο άλλο	ΝΑΙ Να περιγραφεί
3. Διαστάσεις (mm) (Μ x Π x Υ)	585 x 395 x195 περίπου
4. Υλικό υψηλής αντοχής με λείες επιφάνειες	Σε απολυμαντικά, καυτό νερό και ατμό
<b>Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b>	
1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη.	
2. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).	
3. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.	
4. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
5. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
6. Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.	

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ ΤΜ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ