



ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Τμήμα Προμηθειών
Bioiatriki2002@yahoo.com
ΑΘΗΝΑ

Μελίσσια, 18/07/2018/ΣΣ/ΧΝ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

Κύριοι,

Σχετικά με την ανακοίνωση σας για την «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ »
Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου Beckman Coulter στην Ελλάδα έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ID) ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (MIC)

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την αποδοχή της πλειοψηφίας των παρατηρήσεων που καταθέσαμε στην πρώτη φάση της διαβούλευσης ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

Στο διαμορφωμένο κείμενο προδιαγραφών που έχετε ανακοινώσει υπάρχει μια προδιαγραφή η οποία εμποδίζει την συμμετοχή μας. Παρακάτω σας παραθέτουμε την απαραίτητη τροποποίηση. Επίσης προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την διαγωνιστική διαδικασία και την ορθή αξιολόγηση των εταιρειών προτείνουμε αλλαγή στην διαμόρφωση του πίνακα ζητούμενων εξετάσεων όπως παρακάτω.

Είναι κρίσιμο να ενσωματωθούν οι αλλαγές που επισημαίνονται προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι το σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των μικροβίων Microscan που κατασκευάζει ο οίκος Beckman Coulter είναι από τα πλέον αναγνωρισμένα και μάλιστα πρώτο σε προτίμηση σε Αμερική και Ιαπωνία αλλά και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα έχει τύχει αναγνώρισης από μεγάλα νοσοκομεία όπως το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών – Πανεπιστήμιο Αθηνών –«Λαϊκό» και το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο».

Επισημάνσεις

2. Αντιδραστήρια (πάνελ / κάρτες)

2.1 Γενικές προδιαγραφές

Αρχική Διατύπωση

Χωρίς την προσθήκη πρόσθετων αντιδραστηρίων για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος.

Προτεινόμενη Διατύπωση

Θα εκτιμηθεί θετικά να μην απαιτούνται πρόσθετα αντιδραστήρια για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. Στην περίπτωση που απαιτούνται να προστίθενται αυτόματα από τον αναλυτή.

Πίνακας Εξετάσεων

Αρχική Μορφή

Είδος εξέτασης	Ετήσιος αριθμός
Ταυτοποίηση Gram αρνητικών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 500/μήνα=6.000 /έτος
Ταυτοποίηση Gram θετικών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 250/μήνα=3.000 /έτος
Ταυτοποίηση Ζυμών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 50/μήνα=600 /έτος
Αντιβιογράμμα Gram αρνητικών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 1000/μήνα=12.000 /έτος
Αντιβιογράμμα Gram θετικών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 250/μήνα=3.000 /έτος
Αντιβιογράμμα Ζυμών	περίπου 50/μήνα=600 /έτος

Προτεινόμενη Μορφή

Είδος εξέτασης	Ετήσιος αριθμός
Ταυτοποίηση κ Αντιβιογράμμα Gram αρνητικών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 500/μήνα=6.000 /έτος
Ταυτοποίηση κ Αντιβιογράμμα Gram θετικών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 250/μήνα=3.000 /έτος
Ταυτοποίηση Ζυμών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 50/μήνα=600 /έτος
Αντιβιογράμμα Gram αρνητικών	Να δοθούν στοιχεία περίπου 500/μήνα=6000 /έτος
Προαιρετική Εξέταση	
Αντιβιογράμμα Ζυμών	περίπου 50/μήνα=600 /έτος

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με τιμή,



ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΤΡΙΤΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

LERIVA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΗΓΗΣ 33 & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 6 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15127
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΕΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: 10ο ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57001
 Α Φ Μ.: 800356020 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ.: 210 6199886 - FAX: 210 6178733
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 118071801000