

Προς Τμήμα	Ευαγγελισμός Βιοϊατρική	BD20190408-1 Αριθμός Επιστολής
Υπ' όψη Επαφή	Βιοϊατρικής Τεχνολογίας τηλ. 2132045988 , email: bioiatriki2002@yahoo.com	08/04/2019 Ημερομηνία
Θέμα Σχετικά	2 ^η Διαβούλευση: 11.04.2019 Σύστημα μικροσκοπίου με κάμερα, σύστημα συμπαράτηρηση και σταθμό εργασίας τύπου B	Στ. Πουλιόπουλος Υπεύθυνος

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για το Σύστημα μικροσκοπίου με κάμερα, συμπαράτηρηση και σταθμό εργασίας τύπου B:

1.6. Τράπεζα

Να έχει δυνατότητα περιστρεφόμενης περίπου 210°, για επιλογή καλύτερης κλάσης μικροσκοπίου

1.9. Σύστημα συμπαράτηρησης

1.9.3. Διοφθάλμια κεφαλή, δύο (2) με ρύθμιση

Η συμπαράτηρηση είναι αντικρουστή δύο (2) παρατηρητών και στο κορμό του μικροσκοπίου έχει ζητηθεί κεφαλή με ρυθμιζόμενη κλίση, οπότε χρειάζεται μία (1) κεφαλή για τον συμπαρατηρητή.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

BioTech Scientifics, P.C.
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε.
Κέντρο Επιστημονικών Οργάνων & Φυσικής Μικροσκοπίας
Έδρα: Μιαούλη 7, 575 00 Πλαγιάρι Θεσσαλίας, Τηλ.: 2392 066007
Υπίμα: Τιμολ. Βάσσου 10, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 6457066
Α.Φ.Μ.: 800389511, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ: 119724504000, ΕΚ: 42.000€
www.biotech.com.gr, info@biotech.com.gr

Με εκτίμηση,

Σταύρος Πουλιόπουλος

Ειδικός Μικροσκοπίας
Διευθυντής Πωλήσεων
Κινητό: 6945893513
Stavros.Pouliopoulos@biotech.com.gr