

**ΠΡΟΣ : Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ**

Αθήνα, 26-02-2019

ΘΕΜΑ: 2^η Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Monitor Παρακολούθησης Φυσιολογικών Παραμέτρων - Ποσότητα δώδεκα (12) τεμάχια- με Κεντρικό Σταθμό μονάδας - Ποσότητα ένα (1) Τεμάχιο.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28-02-2019

Παρατηρήσεις επί των Προδιαγραφών που αποκλείουν την εταιρεία μας

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. «Σύγχρονης τεχνολογίας. ΝΑΙ. Με έτος πρώτης κυκλοφορίας κατ' ελάχιστον τελευταίας πενταετίας και να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του οίκου κατασκευής»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΕΛ

Η ανωτέρω προδιαγραφή (κατ' ελάχιστον τελευταίας πενταετίας) αποκλείει αρκετές εταιρείες καθώς και την εταιρεία μας.

Προτείνουμε την λοιπόν την επαναδιατύπωση της ανωτέρω προδιαγραφής όπως αυτή που διατυπώνεται και στην **πρώτη παράγραφο των παρακλινίων μόνιτορς.**

«Σύγχρονης τεχνολογίας. ΝΑΙ. Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να προσφέρουν το κορυφαίο μοντέλο, το πιο σύγχρονο γενικά μοντέλο που διαθέτει σε κυκλοφορία ο κατασκευαστικός οίκος, εφοδιασμένο με κατάλληλο λογισμικό για χρήση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.»

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

Με τιμή

Νίκος Νυχτάς
Τμήμα Πωλήσεων

