

Προς το

Γ.Ν. Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
Τμήμα Βιοϊατρικής
Υψηλάντου 45-47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα

Αθήνα, 04/10/2018

ΘΕΜΑ: ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΤΥΠΟΥ Α

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στην δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ευκάμπτου επεμβατικού ρινο-λαρυγγοσκοπίου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω.

Προδιαγραφή 2.2. «Δυνατότητα σύνδεσης με αυτοφερόμενη πηγή φωτισμού»

Η δυνατότητα σύνδεσης με αυτοφερόμενη πηγή ψυχρού φωτισμού είναι για εύκαμπτα **διαγνωστικά** ενδοσκόπια όπου ο χρήστης μπορεί να το χρησιμοποιήσει για μία εξέταση ρουτίνας όταν ο ασθενής δεν μπορεί να παραβρεθεί στο ιατρείο ΩΡΛ του νοσοκομείου.

Τα επεμβατικά ενδοσκόπια χρησιμοποιούνται στις αίθουσες των χειρουργείων όπου εκεί υπάρχουν ενδοσκοπικοί πύργοι. Συνεπώς χρησιμοποιούνται οι πηγές ψυχρού φωτισμού των ενδοσκοπικών πύργων καθώς και οι κάμερες αυτών. Άρα η απαίτηση για αυτοφερόμενη πηγή ψυχρού φωτισμού κατά την γνώμη μας δεν έχει νόημα να ζητείται. Άλλωστε δεν κυκλοφορεί στην αγορά, **επεμβατικό** εύκαμπτο ρινο-λαρυγγοσκόπιο με αυτοφερόμενη πηγή ψυχρού φωτισμού. Προτείνουμε την διαγραφή αυτής της απαίτησης.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Δημακόπουλος

Product Manager

Ενδοσκοπικό Τμήμα

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΘΗΝΑ
ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 4, 546 21 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 93, 154 51
ΤΗΛ: 210 6790000 - FAX: 2310-265731 Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΤΗΛ. 210-6790000
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ. 095029193
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 057186904000 - ΑΜΠ 915
e-mail: info@papapostolou.gr