

Προς :

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

“Ο Ευαγγελισμός”

Τμήμα : Βιοϊατρική Τεχνολογία

Τηλ. : 213 2045988

Θεσσαλονίκη, 05/04/2018

ΘΕΜΑ : Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

με την παρούσα επιστολή σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών της δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια διπλού ροόμετρου οξυγόνου τύπου Β, διπλού ροόμετρου οξυγόνου τύπου Α, ροόμετρου οξυγόνου τύπου Β, ροόμετρου οξυγόνου τύπου Α, ως κατωτέρω :

Ροόμετρο οξυγόνου διπλό με υγραντήρα τύπου Β

§2 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Το υλικό κατασκευής να είναι μεταλλικό, ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής.

§11 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να διαθέτει δυο ξεχωριστές εξόδους, μια έξοδο για υγραντήρα και μια έξοδο για νεφελοποιητή.

Ροόμετρο οξυγόνου διπλό με υγραντήρα τύπου Α

§2 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Υψηλής ποιότητας κατασκευής με μεγάλη ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και πτώσεις από ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο μέταλλο, ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής.

§11 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να διαθέτει δυο ξεχωριστές εξόδους, μια έξοδο για υγραντήρα και μια έξοδο για νεφελοποιητή.

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 21 - Τ.Κ. 2310 200083
Τ.Κ. 546 34 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 093635530 - Δ.Ο.Υ. Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ροόμετρο οξυγόνου μονό με υγραντήρα τύπου Β

§2 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Το υλικό κατασκευής να είναι μεταλλικό, ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής.

§11 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να διαθέτει μία έξοδο, για υγραντήρα ή νεφελοποιητή με τη χρήση αντίστοιχου συνδετικού.

Ροόμετρο οξυγόνου μονό με υγραντήρα τύπου Α

§2 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Υψηλής ποιότητας κατασκευής με μεγάλη ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και πτώσεις από ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο μέταλλο, ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής.

§11 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να διαθέτει μία έξοδο, για υγραντήρα ή νεφελοποιητή με τη χρήση αντίστοιχου συνδετικού.

Ειδικό Όροι

§1 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου.

§6 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 ή/και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση - διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ανανιάδης Κωνσταντίνος

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 21 - Τ.Κ. 2310 200083
Τ.Κ. 546 34 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 099636530 - Δ.Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ