

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ**  
**Τύπου Β**

Σ.Β.	A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
%		<b>A. ΓΕΝΙΚΑ</b>	
	1.	Στρώμα νοσηλευτικής κλίνης σχεδιασμένο για πρόληψη κατακλίσεων, ελαφρύ και άνετο κατάλληλο για νοσοκομειακές κλίνες της Μονάδας Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου.	
%		<b>B. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
	1.	Διαστάσεις	Μήκος 200 cm μέγιστο Πλάτος 84 cm μέγιστο Ύψος 12 cm περίπου
	2.	Βάρος (kg)	Όσο το δυνατό πιο ελαφρύ
	3.	Υλικό	Υψηλής πυκνότητας και αντοχής. Να δοθούν στοιχεία
	4.	Προσαρμογή στην κλίνη	ΝΑΙ. Να ακολουθεί την κίνηση της κλίνης.
	5.	Ανατομικές ζώνες-κατανομή πιέσεων	Σχεδιασμένο για την πρόληψη των κατακλίσεων. Να κατατεθούν σχετικές μελέτες ή πιστοποιητικά.
	6.	Κάλυμμα με φερμουάρ	Αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιστατικό και υψηλής αντοχής. Να περιγραφεί ο τρόπος απολύμανσης.
	7.	Βραδύκαυστο	Ναι. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία
		<b>Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b>	
	1.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη.	
	2.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual, κλπ) για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.	
	3.	Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες.	
	4.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 ή νεότερα, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).	
	5.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 ή νεότερα (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).	
	6.	Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).	

ΓΙΑ ΤΟ  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

ΓΙΑ ΤΗ  
**ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ**