

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Στα γενικά ζητούμενα συγκροτήματος και ειδικότερα στην παράγραφο 1 Δ., ζητείται συσκευή ψύξης θέρμανσης (Heater-cooler). Θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη ότι η μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας και η συσκευή ψύξης θέρμανσης είναι δύο διαφορετικές συσκευές. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να ζητούνται στον διαγωνισμό σαν δύο διαφορετικές ανεξάρτητες συσκευές, έτσι ώστε να μην αποκλείονται εταιρίες που διαθέτουν μία από τις δύο.
2. .

Β. ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

14. Η διπλή αντλία να μπορεί να αποτελείται από 2 μονές συνεργαζόμενες μεταξύ τους.

Γ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ/ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ

- 2.ζ. Η συσκευή μετρήσεων αιματοκρίτη κλπ να μην χρησιμοποιεί αναλώσιμο για μεγαλύτερη δυνατή Οικονομία

Δ. HEATER COOLER

7. Επισημαίνουμε ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες χρησιμοποιούν και άλλα υγρά εκτός του ύδατος προς αποφυγή μολύνσεων οπότε θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί.