

Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Σε συνέχεια της από 05/06/2020 ανακοίνωσής σας, που αφορά την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, θα θέλαμε δια της παρούσης να σας υποβάλουμε τα κάτωθι.

Στην προδιαγραφή 1: Προτείνουμε δυνατότητα ενδονοσοκομειακής και διανοσοκομειακής μεταφοράς.

Στην προδιαγραφή 6: Ηλεκτρική τροφοδοσία, 100-240 V AC/ 50-60 Hz και 11-28 DC.

Στην προδιαγραφή 7: 2 μπαταρίες ενσωματωμένες με δυνατότητα απόσπασης, επαναφορτιζόμενες.

Στην προδιαγραφή 8: Χρόνος αυτονομίας από 120-420 λεπτά.

Στην προδιαγραφή 9: Χρόνος φόρτισης μπαταρίας έως 6 ώρες, με δυνατότητα συνεχούς απεικόνισης της κατάστασης φόρτισης.

Στην προδιαγραφή 11: Χαρακτηριστικά αντλίας αριθμός στροφών 0 – 10.000 rpm, ροή 0 έως 8 L/min.

Στην προδιαγραφή 12: Προτείνουμε 2^η εφεδρική αντλία με δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία ή εξωτερική παροχή ρεύματος και διατήρηση των παραμέτρων θεραπείας με LED απεικόνιση τους σε αυτήν.

Στην προδιαγραφή 13: Θεραπείες

- Αρτηριο-φλεβική εξωσωματική υποστήριξη
- Φλεβο-φλεβική εξωσωματική υποστήριξη
- Υποστήριξη Πνευμόνων (Lung Assist)
- Φλεβοαρτηριακή υποστήριξη καρδιάς – πνευμόνων (advanced mode)
- Συγχρονισμένη υποστήριξη καρδιάς σε καρδιακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Synchronized Cardiac Assist)

Στην προδιαγραφή 14: Αισθητήρες

- Πίεσης ενσωματωμένοι
- Ροής υπερήχων
- Φυσαλίδων υπερήχων
- Θερμοκρασίας θερμοηλεκτρικός
- Στάθμης

Στην προδιαγραφή 15: Οθόνη, αφής TFT, διαγωνίου $\geq 10''$

Στην προδιαγραφή 16: Παρακολουθούμενες παράμετροι

- Αριθμός στροφών
- Ροή
- Πίεση (αρτηριακή, φλεβική, εσωτερική, βοηθητική, διαφορά πίεσης)
- Θερμοκρασία

Στην προδιαγραφή 17: Οπτικοακουστικοί συναγερμοί ταξινομημένοι σε τρία επίπεδα ανάλογα με την επικινδυνότητα για τα κάτωθι:

- Αριθμός στροφών
- Ροή
- Πίεση (αρτηριακή, φλεβική, εσωτερική, βοηθητική, διαφορά πίεσης)
- Θερμοκρασία
- Στάθμη
- Φυσαλίδες

**Για την MEDIPRIME S.A.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος**

MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΝ Α.Ε.Ε.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΝ Α.Ε.Ε.
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 136 - 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 283 7640 FAX: 210 283 7650
ΑΦΜ: 991233124 Τ.Μ.Π. ΕΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 008093301000
Α.Μ.Τ. 2173

**Δημητριάδη Ασπασία
Διευθύνων Σύμβουλος**