

Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»
Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2041000
EMAIL: bioiatriki2002@yahoo.com

18/02/2019

ΘΕΜΑ: « ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (1η Διαβούλευση) »

Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλώ πολύ, όπως προχωρήσετε στην αλλαγή των παρακάτω προδιαγραφών:

1.1.1 Γεννήτρια Ακτίνων Χ

1.1.6.6. Μέγιστη τιμή mA 1000 mA περίπου

Να γίνει: Μέγιστη τιμή 800 mA περίπου

1.1.3. Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με σταθερό ψηφιακό ανιχνευτή

1.1.3.4.5. Ψηφιακή μήτρα & βάθος λήψης Τουλάχιστον 2850X2850 Pixels και βάθος 14 bits

Να γίνει: Ψηφιακή μήτρα & βάθος λήψης Τουλάχιστον 2400X2400 Pixels και βάθος 14 bits

1.1.4. Όρθιο bucky με σταθερό ψηφιακό ανιχνευτή

1.1.4.5.5. Ψηφιακή μήτρα & βάθος λήψης Τουλάχιστον 2850X2850 Pixels και βάθος 14 bits

Να γίνει: Ψηφιακή μήτρα & βάθος λήψης Τουλάχιστον 2400X2400 Pixels και βάθος 14 bits

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση για την Pegasus Health & Science S.A.



ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
PEGASUS HEALTH & SCIENCES S.A.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 2 & Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 29 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-Τ.Κ. 752 35
Α.Φ.Μ. 800738217 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ +30 210 8032230 Fax +30 210 8032230

Κατερίνα Στίνη
Business Development Manager

Κωνσταντίνος Γρημανέλης
Πρόεδρος Δ.Σ.