



SMG Healthcare Hellas AE

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

Αγία Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ 033/19

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ) - ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1η Διαβούλευση)»

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για το μηχάνημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης στο πλαίσιο της από 08/02/2019 πρόσκλησης σας για διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών.

Σας ενημερώνουμε ότι την πλειονότητα των προδιαγραφών σας, τις καλύπτουμε και σε κάποιες περιπτώσεις τις υπερκαλύπτουμε. Οι τροποποιήσεις που θα προτείνουμε δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο της απεικονιστικής ευκρίνειας, την ποιότητα του υπερηχοτομογράφου που ζητάτε και οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν στην εταιρεία μας να συμμετάσχει καθώς και ευρύτερου αριθμού των κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων.

SMG HEALTHCARE HELLAS AE
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ
Για την SMG Healthcare Hellas AE
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 393 - 15343 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΤ. 210 6018399 - ΔΟΥ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6018414 - FAX: 210 6084168
Διευθυντής Πωλήσεων

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
4. Sector Array, NAI 1.7-10MHz Τουλάχιστον	Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και το εύρος να κυμαίνεται από 2-10MHz , τουλάχιστον
16.Πανοραμική απεικόνιση σε κεφαλές convex,linear,sector(Panoramic View)	Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και η Πανοραμική απεικόνιση να εφαρμόζεται σε κεφαλές Convex & Linear
17.Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών(STRAIN ELASTOGRAPHY) με εφαρμογή σε κεφαλές για όργανα επιφανειακά, με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων – NAI(Να προσφερθεί προς επιλογή) Να λειτουργεί με τις κεφαλές της βασικής σύνθεσης.	Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και η τεχνική STRAIN ELASTOGRAPHY να λειτουργεί με τις κεφαλές LINEAR της βασικής σύνθεσης
19. Να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής αρχείων DICOM ακολουθίες πληροφορίες όγκου και στατικών εικόνων άλλων απεικονιστικών συστημάτων όπως CT, MR,PET CT με σκοπό την ταυτόχρονη απεικόνιση της ίδιας ανατομικής περιοχής.	Προτείνεται η προδιαγραφή να απαλειφθεί λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού.
51. Θύρα HDMI για μεταφορά σήματος	Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως: Σύγχρονες εξόδους για μεταφορά σήματος όπως HDMI, DVI, VGA