



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» - ΝΠΔΔ

Αθήνα 17 Μαρτίου 2020

Προς το Γραφείο Προμηθειών

Θέμα: Επεξεργασία παρατηρήσεων εταιρειών στις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αιμοστατικών

Μετά την επεξεργασία των παρατηρήσεων των εταιρειών που συμμετείχαν στην 1^η φάση της διαβουλεύσεως, οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στον πίνακα προδιαγραφών με τον τρόπο που υποδείχθηκε.

Αναλυτικά:

Απορρίφθηκαν ως επουσιώδεις η παρατήρηση της εταιρείας MEDI SUP που αναφέρει γενικότητες όπως ότι η αιμοστατική κόλλα «πρέπει να ενδείκνυται για χρήση ως άριστο συγκολλητικό μέσο κλπ» και για τον ίδιο λόγο και η παρατήρηση 5 της εταιρείας MEDICARE που αφορά τους Α/Α 1-4-5-6 και η παρατήρηση 5 της ίδιας εταιρείας που αφορά τους Α/Α 2-3-16-17-18-19 ως ήδη προβλεπόμενη από το νόμο περί πλέον συμφέρουσας τιμής.

Δεν περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές η απαίτηση να κατατεθούν τουλάχιστον δύο κλινικές μελέτες (MEDICARE, MEDI SUP) διότι αν και είναι επιθυμητό βεβαίως κάτι τέτοιο, οι μεθοδολογικές αδυναμίες πολλών από τις υπάρχουσες μελέτες καθιστούν τυχόν ενσωμάτωση τους στις προδιαγραφές συμβουλευτική και όχι καθοριστική.

Οι παρατηρήσεις της εταιρείας ATRON HEALTH δεν προσφέρουν κάτι σημαντικό στην επεξεργασία των προδιαγραφών, η μεν πρώτη διότι είναι επουσιώδης η δε δεύτερη επειδή τείνει να γενικεύσει και δε διευκολύνει τη σύνταξη εξειδικευμένων προδιαγραφών, απορρίπτονται στο σύνολό τους.

