



Αθήνα, 13/09/2018

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ << Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ >>
Τμήμα : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Θέμα : ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ
ΛΗΞΗ ΔΙΟΡΙΑΣ: 13/09/2018

Αξιότιμοι Κύριοι

Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών σας, η εταιρεία μας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου VYGON Γαλλίας έχει την ευχαρίστηση να σας υποβάλει τις παρακάτω παρατηρήσεις-προδιαγραφές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ όπως επικοινωνήστε μαζί μας .

Υπεύθυνη πωλήσεων,
ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, 6937377741.

1. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 1 , ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

- Εκ παραδρομής στις προδιαγραφές αναγράφει μήκος σωλήνα 20-30mm. Προτείνουμε να διορθωθεί και να αλλαχτεί σε μήκος 30cm.
- Να προστεθεί στις υπάρχουσες προδιαγραφές το μήκος της βελόνας. Δηλαδή το μήκος της βελόνας να είναι 19cm (όπου είναι και το πιο ενδεδειγμένο).
- Να είναι Latex-free, DEHP-free, μ.χ, αποστειρωμένες.

2. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 2, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

- Εκ παραδρομής στις προδιαγραφές αναγράφει μήκος σωλήνα 20-30mm. Προτείνουμε να διορθωθεί και να αλλαχτεί σε μήκος 30cm.
- Να προστεθεί στις υπάρχουσες προδιαγραφές το μήκος της βελόνας. Δηλαδή το μήκος της βελόνας να είναι 19cm (όπου είναι και το πιο ενδεδειγμένο).
- Να είναι Latex-free, DEHP-free, μ.χ, αποστειρωμένες.

3. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 6, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ν 22 ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<< Σετ ραχιαίας αναισθησίας αποτελούμενο από: α) χειρουργικό πεδίο 70x75cm με αυτοκόλλητη τρύπα, β) 4 τολύπια, γ) λαβίδα, δ) σύριγγα 2ml, ε) σύριγγα 5ml, στ) βελόνα 0,5mm x 16mm, ζ) βελόνη 0,8mm x 38mm, η) βελόνα-κάνουλα **ασφαλείας (safe)** με φίλτρο 18G (1,2mm x 40mm), θ) βελόνα ραχιαίας 22G ,μήκους 90mm, τύπου QUINCKE, ι) 2 πλαστικά κύπελλα 60ml, ια) 4 γάζες (7,5x7,5cm) και ιβ) ένα διαφανές κάλυμμα (100x80cm). Να είναι LATEX free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένο.>>

4. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 7, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν 27 >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

- Να έχουν εξωτερική διάμετρο 0,42mm με οδηγό εισαγωγή μήκους 38mm
- Να είναι Latex-free , DEHP-free , μ.χ , αποστειρωμένες.

5. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 10, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΙΕΣ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<< Βελόνες ενδοραχιαίας και οσφυονωτιαίας αναισθησίας τύπου PENCIL-POINT WHITACRE που ελαχιστοποιούν την ζημιά στη σκληρή μήνιγγα. Να είναι ατραυματικές λεπτών τοιχωμάτων για γρήγορη επιστροφή νωτιαίου υγρού, με ατραυματική πλαϊνή σπή μήκους όσο η απόστασή της από το άκρο, ανάλογα με το μέγεθος, με διαφανή πλαστική λαβή, διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος και στειλεό. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ. αποστειρωμένες.

- Μεγέθους 22G , εξ.διαμ. 0,72mm, μήκους 120mm, χωρίς οδηγό εισαγωγή, μήκος άκρου βελόνας & μήκος πλαϊνής σπής 1,20mm
- Μεγέθους 25G, εξ.διαμ. 0,53mm, μήκους 145mm, με οδηγό εισαγωγή μήκους 38mm, εξ.διαμ. 0,9mm, μήκος άκρου βελόνης & μήκος πλαϊνής σπής 0,90mm
- Μεγέθους 25G, εξ.διαμ. 0,53mm, μήκους 120mm, με οδηγό εισαγωγή μήκους 38mm, εξ.διαμ. 0,9mm, μήκος άκρου βελόνης & μήκος πλαϊνής σπής 0,90mm>>

<< Βελόνες ενδοραχιαίας αναισθησίας τύπου QUINCKE. Να είναι λεπτών τοιχωμάτων για γρήγορη επιστροφή νωτιαίου υγρού, με διαφανή πλαστική λαβή, διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος και στειλεό ειδικού σχεδιασμού που να επιτυγχάνει την μείωση του τραυματισμού του ιστού και ο οποίος να εφάπτεται με το άκρο της βελόνας (σπή). Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ. αποστειρωμένες.

- Μεγέθους 22G, εξ.διαμ. 0,70mm, μήκους 150mm, χωρίς οδηγό εισαγωγή
- Μεγέθους 22G, εξ.διαμ. 0,70mm, μήκους 120mm, χωρίς οδηγό εισαγωγή >>

6. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 14, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΕΣ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<< Βελόνες επισκληρίδιου αναισθησίας τύπου TUOHY , βαθμονομημένες ανά 1 cm, με στειλεό , διαφανές άκρο και πεταλούδα συγκράτησης μη ενσωματωμένη. Να είναι μεγέθους 18G ,μήκους 12cm και 15cm. Να είναι latex-free, dehp-free, μ.χ , αποστειρωμένες.>>

7. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 15, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΑ-ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΧΩΡΟΥ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<< Σύριγγα **αυτόματου** εντοπισμού επισκληρίδιου χώρου χάρις στην συνεχή θετική πίεση που εφαρμόζεται στο έμβολο από ένα ειδικό ελαστικό σύστημα. Είναι ασφαλείας γιατί ο χρήστης ασχολείται μόνο με την ομαλή πλέον προώθηση της βελόνας. Η σύριγγα χρησιμοποιείται είτε με υγρά είτε με αέρια. Είναι πλαστική, χωρητικότητας 10 ml, με απώλεια αντίστασης (loss of resistance) και άκρο luer. Να είναι latex-free, dehp-free, μ.χ , αποστειρωμένες. >>

8. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 18, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ν16 >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<< Βελόνες επισκληρίδιου αναισθησίας τύπου TUOHY , βαθμονομημένες ανά 1 cm, με στειλεό , διαφανές άκρο και πεταλούδα συγκράτησης μη ενσωματωμένη. Να είναι μεγέθους 16G ,μήκους 8cm και 9cm. Να είναι latex-free, dehp-free, μ.χ , αποστειρωμένες.>>

9. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 19, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ν18 >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<< Βελόνες επισκληρίδιου αναισθησίας τύπου ΤΥΟΗΥ , βαθμονομημένες ανά 1 cm, με σπειλεό , διαφανές άκρο και πεταλούδα συγκράτησης μη ενσωματωμένη. Να είναι μεγέθους 18G ,μήκους 8cm , 9cm, 12cm και 15cm. Να είναι latex-free, dehp-free, μ.χ , αποστειρωμένες.>>

10. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 21, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΕΔΕΙΜΕΝΕΣ 22GX50 CM >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

- Το μέγεθος της βελόνας να αλλαχτεί σε 21G με εσωτερική διάμετρο 0,80mm και μήκος 5cm
- Το μήκος της προέκτασης να είναι 50cm
- Το μήκος του καλωδίου για τον νευροδιεγέρτη να είναι 60cm
- Η λοξοτόμηση της βελόνας να είναι 30 μοιρες
- Να είναι latex-free, dehp-free, μ.χ , αποστειρωμένες.

11. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 22, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΕΔΕΙΜΕΝΕΣ 22GX90 ΕΩΣ 100 CM >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

- Το μέγεθος της βελόνας να αλλαχτεί σε 21G με εσωτερική διάμετρο 0,80mm και μήκος 8,5cm και 10cm
- Το μήκος της προέκτασης να είναι 50cm
- Το μήκος του καλωδίου για τον νευροδιεγέρτη να είναι 60cm
- Η λοξοτόμηση της βελόνας να είναι 30 μοιρες
- Να είναι latex-free, dehp-free, μ.χ , αποστειρωμένες.

12. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 29, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT-A-CATH >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<< Εμφυτεύσιμο τύμπανο Ρορτ χημειοθεραπείας με standard προφίλ , από τιτάνιο και POM (πολυοξυμεθυλένιο), συμβατό με MRI και αξονικό τομογράφο , με δυναμική έγχυση 325psi , μέγιστη ροή έγχυσης έως 5ml/sec και ακτινοσκοπική απεικόνιση με βαθμονόμηση της ροής έγχυσης και της σωστής θέσης του port στη βάση του. Να είναι βάρους 7,6 gr με οπές συρραφής προγεμισμένες με σιλικόνη και ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σύνδεσης. Να έχει καθετήρα ανοιχτού άκρου μη προσυνδεδεμένο ,μήκους 60cm από ακτινοσκοπική θερμοευαίσθητη σιλικόνη, μεγέθους **8F και 9F**. Να προσφερθεί σε πλήρες σετ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει απαραίτητα: ηχογενή βελόνα παρακέντησης μεγέθους 18G/7cm με ενσωματωμένη συσκευή Raulerson, με συσκευή προώθησης του συρμάτινου οδηγού του οποίου ο χειρισμός να γίνεται με το ένα χέρι, βελόνα ασφαλείας Huber συμβατή με CT και προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής υπερήχου , gel και ελαστικές ταινίες περίδεσης. Να είναι latex-free,Dehp-free,μ.χ,αποστειρωμένο.>>

13. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 31, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΕΔΕΙΜΕΝΕΣ 22GX25 MM >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

- Το μέγεθος της βελόνας να αλλαχτεί σε 23G με εσωτερική διάμετρο 0,65mm και μήκος 2,5cm
- Το μήκος της προέκτασης να είναι 50cm
- Το μήκος του καλωδίου για τον νευροδιεγέρτη να είναι 60cm
- Η λοξοτόμηση της βελόνας να είναι 30 μοιρες

14. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 33, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<< Βασικό σετ προετοιμασίας / παρακέντησης (ραχιαίας αναισθησίας, επισκληριδίου αναισθησίας, υποκλειδίου, βιοψίας κ.λ.π.), το οποίο να αποτελείται από: Ένα δίσκο περιεχομένων, τρεις σύριγγες luer των 2,5, 5 & 10ml, ένα χειρουργικό πεδίο 70x80cm με αυτοκόλλητη πλευρά και αυτοκόλλητο άνοιγμα 7x12cm, μια λαβίδα προετοιμασίας (τύπου Kocher), τέσσερα τολύπια μικρά, δύο τολύπια μεγάλα, ένα κυπελλάκι 60ml, μία υποδερμική βελόνη 18G 40mm με φίλτρο 5μm, δυο υποδερμικές βελόνες 25G 16mm & 21G x 38mm αντίστοιχα, μια απορροφητική πετσέτα 33x38cm, και ένα εξωτερικό πεδίο 75x70cm για την τοποθέτηση των ανωτέρω. Να είναι LATEX free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένο. >>

15. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 38, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΝΟΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν 25 ΜΕ ΟΔΗΓΟ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..

Βελόνες ενδοραχιαίας αναισθησίας μεγέθους 25G, εξ.διαμ. 0,53mm, μήκους 90mm, με οδηγό εισαγωγή μήκους 38mm, εξ.διαμ. 0,9mm τύπου QUINCKE. Να είναι λεπτών τοιχωμάτων για γρήγορη επιστροφή νωτιαίου υγρού, με διαφανή πλαστική λαβή, διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος και στελεό ειδικού σχεδιασμού που να επιτυγχάνει την μείωση του τραυματισμού του ιστού και ο οποίος να εφάπτεται με το άκρο της βελόνας (οπή). Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ. αποστειρωμένες.

16. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 40, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Ν 19 >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..

- Το μήκος του σωλήνα να είναι μήκος 30cm.
- Να προστεθεί στις υπάρχουσες προδιαγραφές το μήκος της βελόνας. Δηλαδή το μήκος της βελόνας να είναι 19cm(όπου είναι και το πιο ενδεδειγμένο).
- Να είναι Latex-free, DEHP-free, μ.χ, αποστειρωμένες.

17. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 41, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18G >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..

Βελόνες παρακέντησης, με διαφανή πλαστική λαβή, μεγέθους 18G, εξ.διαμ. 1,20mm, μήκους 90mm, χωρίς οδηγό εισαγωγή

18. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 45, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..

<< **Βελόνες αποκλεισμού νεύρων για χρήση με υπέρηχο και νευροδιεγέρτη.**

Να είναι μονωμένες σε όλο το μήκος τους, λείες, βαθμονομημένες ανά εκατοστό, καλυμμένες με ηχογενετικό υλικό(ρινίσματα γυαλιού) και λοξοτόμηση 20 μοιρών. Να φέρουν πλαστική διαφανή λαβή, προέκταση μήκους 50cm εξωτερικά από PVC και εσωτερικά από PE (χημικά αδρανές), ενσωματωμένο καλώδιο 60cm για σύνδεση με νευροδιεγέρτη. Να είναι συμβατές με όλους τους νευροδιεγέρτες. Να προσφερθούν σε μεγέθη 20G (120mm και 150mm),21G (85 και 100mm), 22G (50mm) και 23G (25 και 35mm) . Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας χρήσης αποστειρωμένες.>>

19. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 52, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν 20 QUINKE >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..

<< Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης, λεπτών τοιχωμάτων, με διαφανή πλαστική λαβή, μεγέθους 20G, εξ.διαμ. 0,90mm, μήκους 90mm, χωρίς οδηγό εισαγωγέα .Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας χρήσης αποστειρωμένες.>>

20. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 53, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν 22 QUINKE >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..

<< Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης, λεπτών τοιχωμάτων, με διαφανή πλαστική λαβή, μεγέθους 22G, εξ.διαμ. 0,70mm, μήκους 90mm, χωρίς οδηγό εισαγωγέα.Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας χρήσης αποστειρωμένες. >>

21. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 54, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν 18 >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..

<< Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης, λεπτών τοιχωμάτων, με διαφανή πλαστική λαβή, μεγέθους 18G, εξ.διαμ. 1,20mm, μήκους 90mm, χωρίς οδηγό εισαγωγέα. Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας χρήσης αποστειρωμένες. >>

22. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 55, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΟΥΣ << ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν 19 >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ , ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..

<< Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης, λεπτών τοιχωμάτων, με διαφανή πλαστική λαβή, μεγέθους 19G, εξ.διαμ. 1,10mm, μήκους 90mm, χωρίς οδηγό εισαγωγέα. Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας χρήσης αποστειρωμένες. >>