

Αρ. Πρωτ.: 3746

Αθήνα, 18 Μαΐου 2018

Π ρ ο ς τ ο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ

Υπόψη : **Ι. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ**

Θέμα : Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΥΛ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ

Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης για την προμήθεια «**ΥΛ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ**», και ως θυγατρική εταιρεία του Οίκου BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION INTL.' BV., έχοντες το δικαίωμα διάθεσης των ειδών αυτού, θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας τα κάτωθι:

- **Στον Α/Α 1** ζητείται: Μπαλόνια χαμηλού προφίλ για ολικές αποφράξεις. Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους 1.25-2.5mm με χαμηλό προφίλ άκρου 0.017" και μπαλόνια N/C διαμέτρου 0.85 mm και 1.0 mm.

Παρατηρήσεις : Τα μπαλόνια χαμηλού προφίλ να διατίθενται και σε διάμετρο 1.2mm

- **Στον Α/Α 2** ζητείται: Μπαλόνια μηδενικής ενδοτικότητας-μη διατατά(non-compliant). Να προσφέρονται σε ποικιλίες μεγέθους διαμέτρου και μήκους από 2.5-4.5mm και 8-20mm αντίστοιχα, να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ εισόδου και μικρός αριθμός μπαλονιών πολύ υψηλών πιέσεων έως 40 Atm.

Παρατηρήσεις : Να συμπεριληφθεί διάμετρος $\geq 5\text{mm}$ για κάλυψη κεντρικών αγγείων

- Στον A/A 8 ζητείται: Stents εκλύοντα ραπαμυκίνη ή ανάλογο φάρμακο με χαρακτηριστικά της κατηγ. 7 και επιπλέον να διαθέτουν βιοαπορροφήσιμο πολυμερές ή χωρίς πολυμερές.

Παρατηρήσεις : λόγω της φύσης του υλικού προτείνουμε να προστεθεί η δυνατότητα διακοπής της διπλής αντισταμοπεταλιακής αγωγής στον ένα μήνα

- Στον A/A 16 ζητείται: Οδηγοί καθετήρες αγγειοπλαστικής ημίσκληροι για στεφανιαίες αρτηρίες προσχηματισμένοι Judkins,Amplatz κλπ διαμέτρων 6.7 F και ελάχιστοι 5F και 8 Fr.

Παρατηρήσεις : Η υδροφιλική επίστρωση όπως επίσης και η διάθεση εξειδικευμένων τύπων κερκιδικής πρόσβασης.

- Στον A/A 18 ζητείται: Σύρματα μετρήσεων για αγγειοπλαστική. Μέτρηση πίεσης ενδοστεφανιαία διαμέτρου 0.014" κατάλληλα για FFR. Να διαθέτουν υδρόφιλη επικάλυψη. Να διατίθενται με ευθύ άκρο (tip). Να διατίθενται σε 2 τύπους σκληρότητας SoftGlide και Support. Να διαθέτουν υψηλή κατευθυντικότητα και προσπελασιμότητα για να χρησιμοποιούνται και ως οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής.

Παρατηρήσεις : Να αφαιρεθούν τα χαρακτηριστικά softglide, support, IFR επειδή αποτελούν χαρακτηριστικά συγκεκριμένης προσφέρουσας εταιρείας και μόνο. Προτείνουμε επίσης να αναφέρεται και η δυνατότητα χρήσης τους για προσπέλαση ελικοειδούς ανατομίας δυσκολων στενώσεων..

- Στον A/A 29 ζητείται: Καθετήρες IVUS, OCT.

Παρατηρήσεις : Προτείνουμε τον διαχωρισμό σε δύο κωδικούς έναν για κάθε είδος από τα δυο είδη απεικόνισης καθώς και να συμπεριληφθεί και το σύστημα αυτοματης απόσυρσης

- Στον A/A 34 ζητείται: Ειδικό μικροκαθετήρες υποβοήθησης αγγειοπλαστικής σε βλάβες με δύσκολη ανατομία και καθετήρες τύπου mother in child.

Παρατηρήσεις : Προτείνουμε να συμπεριληφθούν οι διαφορετικές επιλογές mother καθετήρα, δηλ. 5F-in-6F, 6F-in-7F & 7F-in-8F καθώς και η δυνατότητα διαφορετικών μηκών καθετήρα child.

- Στον A/A 35 ζητείται: Μπαλόνια αγγειοπλαστικής εκκλύοντα αντιμιτωτικό φάρμακο διαφόρων μεγεθών και μήκους.

Παρατηρήσεις : Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η μέγιστη δόση φαρμάκου (π.χ. $\leq 2\mu\text{g}/\text{mm}^2$)

ΒΟΣΜΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 336 & ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 1
173 42 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ: 210 9542 310 FAX: 210 9542 310
ΑΦΜ: 094474807 ΔΟΥ: ΦΑΕ-ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 36573/01ΝΤ/Β/96/171
Μούκα Κατερίνα 03301000

Τμήμα Διαγωνισμών