

02/04/2019

**ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»**  
**ΥΠ'ΟΨΗΝ :** Γραφείου Προμηθειών

**Θέμα:** Παρατηρήσεις για την Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Απολυμαντικών ΠΠΥΥ2019

Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις όσον αφορά την Α' φάση διαβούλευσης προδιαγραφών Απολυμαντικών:

Α) Στον **Α/Α 7. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ** θα έπρεπε να προσδιορίζεται καλύτερα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχετε από το υλικό καθότι είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται σε χώρους υψηλού κινδύνου όπου η υψηλή απολύμανση είναι επιτακτική ανάγκη. Ζητάτε να έχει ταχεία δράση χωρίς να προσδιορίζετε το χρόνο, στην αγορά κυκλοφορούν απολυμαντικά σπρέι που έχουν χρόνο δράσης από 30sec μέχρι 10 λεπτά. Ένα σπρέι που κάνει απολύμανση σε 5 ή 10 λεπτά προφανώς δεν καλύπτει τις ανάγκες των τμημάτων όπου οι εναλλαγές ασθενών είναι γρήγορες. Επίσης δεν αναφέρετε πουθενά για τα πολυανθεκτικά (MRSA) που είναι καίριο ζήτημα στη ΜΕΘ και στα Χειρουργεία. Καλό θα ήταν να προσθέσετε το προϊόν να έχει τεκμηριωμένη δράση έναντι του MRSA. Επίσης ζητάτε να είναι συμβατό με πλαστικό, κανένα αλκοολούχο σπρέι >60% δεν είναι συμβατό με πλαστικό, την προδιαγραφή αυτή δεν τη χρειάζεστε στο συγκεκριμένο είδος εφόσον αφορά επιφάνειες ανθεκτικές στην αλκοόλη και επιπλέον έχετε ξεχωριστό κωδικό για τον ευαίσθητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (Α/Α 8), παρακαλούμε όπως αφαιρέσετε αυτή την προδιαγραφή.

Σας προτείνουμε τις παρακάτω προδιαγραφές για το είδος αυτό:

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ**

- Να περιέχει στη σύνθεση του αλκοόλες σε περιεκτικότητα >70% v/v.
- Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι, με δωρεάν αντλίες σε κάθε μπουκάλι του λίτρου.
- Να είναι ταχείας δράσης σε 30 secs σε πραγματικές συνθήκες (με οργανικό φορτίο)
- Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος και το φάσμα δράσης.
- Δραστικό έναντι ιών (με ή χωρίς περίβλημα), μυκήτων, μυκοβακτηριδίου, φυματίωσης και πολυανθεκτικών παθογόνων οργανισμών όπως *P. Aeruginosa*, MRSA. Να προσκομιστούν μελέτες από ανεξάρτητα πιστοποιημένα εργαστήρια.
- Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα.
- Να είναι κατάλληλο για ταχεία απολύμανση και ταυτόχρονο καθαρισμό.
- Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό σε βλεννογόνους και αναπνευστικό κατά τη χρήση του.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χειρουργικά τραπέζια, φορεία, τραπέζια ασθενών, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομειακά κρεβάτια.
- Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες.
- Να έχει άδεια ΕΟΦ και CE και βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα.

Β) Στον **Α/Α 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ** αναφέρετε στις προδιαγραφές να περιέχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλες (όχι πάνω από 40%). Υπάρχουν πολλά απολυμαντικά (τα περισσότερα στην αγορά) κατάλληλα για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τα οποία δεν περιέχουν καθόλου αλκοόλη αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικά. Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε αυτή την προδιαγραφή και να ζητάτε "να περιέχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλες (όχι πάνω από 40%) ή και καθόλου" ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες και να έχετε δυνατότητα επιλογής ενός προϊόντος που να είναι οικονομικά και ποιοτικά προς το συμφέρον του Νοσοκομείου σας.

Γ) Στον **A/A 12. ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ** αναφέρετε να περιέχει πρωτεολυτικά ένζυμα. Όλες οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ο καθαρισμός να γίνεται με πολυενζυματικό καθαριστικό και πλέον στην αγορά υπάρχουν αρκετά ενζυματικά άνω των 4 ενζύμων αλλά με την προδιαγραφή που έχετε δεν εξασφαλίζετε ότι θα πάρετε ένα πολυενζυματικό, θα σας προτείναμε στις προδιαγραφές του είδους αυτού να προσθέσετε να έχει άνω των 4 ενζύμων.

Με εκτίμηση,  
Αθηνά Γιακουμέλου  
Νόμιμη εκπρόσωπος της κάτωθι εταιρίας

**GATEX**  
**ΓΚΑΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ**  
**ΕΙΔΩΝ & ΣΤΟΛΩΝ Α.Ε.**  
ΚΑΝΑΡΗ 12 & ΣΜΥΡΝΗΣ, Τ.Κ. 15354 - ΓΛ. ΝΕΡΑ  
ΤΗΛ. 210.6395792 - FAX: 210.6012336  
ΑΦΜ. 093573836 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2460401000

