

Αθήνα, 28/04/2020

Προς:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Υπόψη: Γραφείο Προμηθειών, Επιτροπή Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

e-mail: [gdiac@evaggelismos-hosp.gr](mailto:gdiac@evaggelismos-hosp.gr)

**ΘΕΜΑ: Α φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC**

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας υποβάλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Στο είδος με α/α Β3α ζητείται : **«Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.»**

και στο είδος :

Β9α) ζητείται : **«Αντλία: Ελαφριά φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών με πιέσεις από -25 ως -120mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με σύστημα ανάρτησης στην ζώνη του ασθενούς με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.»**

Στα ανωτέρω είδη τα οποία περιγράφουν την αντλία παραγωγής αρνητικής πίεσης η φράση : **«(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον)»**, θεωρούμε ότι αποτελεί δευτερεύουσα προσθήκη και παρακαλούμε όπως διαγραφεί.

Επιπλέον και μόνο για το είδος Β9α παρακαλούμε όπως διαγραφεί η φράση : **«με σύστημα ανάρτησης στην ζώνη του ασθενούς »**, καθώς ο τρόπος στήριξης της φορητής αντλίας πάνω στον ασθενή διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία ανάλογα με την κατασκευή της κάθε αντλίας.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση.

Με εκτίμηση,

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

