



ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΑΘΗΝΑ, 04/10/2019

ΘΕΜΑ: Α΄ Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την
Προμήθεια **ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΠΥΥ2019**

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας, σχετικά με την Α΄ Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια **ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΠΥΥ2019**, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας.

Αναλυτικότερα,

**Για το είδος Α/Α 34-35 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Προτείνεται:

**ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
(FILM) ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΦΡΑΓΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ENY**

Το υλικό να είναι συνθετικό σε μορφή μεμβράνης διπλής όψεως - φιλμ.

Να είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση συρραφών, οπών και μικροεκδορών στην περιοχή που εκτείνεται η σκληρά μήνιγγα εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης και όπου αλλού υπάρχει κίνδυνος διαρροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε Νευροχειρουργικές επεμβάσεις και να επιτυγχάνει στεγανοποίηση όπου εφαρμόζεται.

Η σύνθεση του να αναλύεται σε πολυγαλακτικό οξύ και οξείδιο του γλυκοδίου (PLGA) και να έχει μπλε του μεθυλαινίου που καθορίζει και το



χρώμα των γραμμάτων πάνω στο υλικό τα οποία να χρησιμοποιούνται και σαν δείκτης ώστε να διασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση του.

Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις:

- **25x50mm**
- **50x50mm**
- **50x100mm**
- **100x100mm σε πάχος 40μm (0.04mm).**

Να είναι έτοιμο για χρήση (ready to use).

Να είναι αυτοσυγκολούμενο, και να μην χρειάζεται καμία άλλη πρόσμιξη και να μην απαιτείται παραπάνω από μισό λεπτό (30sec) για την εφαρμογή του.

Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δια την **ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ**

