



Ι.Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.

Προς :

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Υπ' όψιν: κου Ι. Θεόκλητου

Κοιν: Διευθύντρια Αιμοδοσίας

Αθήνα 20/12/2017

Αρ. Πρωτ: 135/17

Θέμα: "Σχόλια επί της Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σάκων αίματος (Α΄Φάση)"

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σάκων αίματος (CPV 33141613-0) θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος A/A 3 Ασκός Τριπλός με προσθετικό διάλυμα για πλάσμα και αιμοπετάλια, οι δύο δορυφορικοί ασκοί (δεύτερος ασκός που περιέχει 100ml SAG-M και τρίτος κενός ασκός για αιμοπετάλια) πρέπει να είναι τουλάχιστον 300ml έκαστος και όχι 450ml έκαστος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΓΑΡΥΤΤΟΥ & ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 1
153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ. 210 60 72 700 FAX: 210 60 72 770
ΑΦΜ: 094129820 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ι.Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.