



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ 30 – 11 – 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι πολυθρόνα-καρέκλα με σταθερές βάσεις χωρίς τροχούς.
2. Να αποτελείται από τρία τμήματα: κεφαλής-πλάτης, καθίσματος-πυέλου και ποδιών.
3. Να είναι ελαφριά για να μετακινείται ή μεταφέρεται εύκολα.
4. Να αναφερθεί το συνολικό της βάρος.
5. Να έχει μεταλλικό σκελετό ανθεκτικό στην τριβή και στα χτυπήματα.
6. Να μπορεί να αντέξει μεγάλο σωματικό βάρος από >120 kg.
7. Να έχει μπράτσα εκατέρωθεν για στήριξη των χεριών.
8. Να έχει μεταλλικά μπράτσα με επικάλυψη από ανθεκτικό υλικό για άνεση κατά τη χρήση.
9. Να έχει ανακλινόμενη πλάτη με ρύθμιση κλίσης για άνεση κατά τη χρήση.
10. Να έχει ρύθμιση πολλαπλών θέσεων (από θέση καθίσματος έως θέση ανάπαυσης-οριζόντια θέση) είτε μηχανική χειροκίνητη είτε αυτόματη με πάτημα κομβίου.
11. Να έχει αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής με πάχος 6-10 cm για άνεση κατά τη χρήση.
12. Να έχει επικάλυψη στο αφρώδες υλικό, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στις τριβές, αντιμικροβιακή, και βραδυκαύστη.
13. Να έχει μονόχρωμη επικάλυψη για την ορατή αξιολόγηση του επιπέδου καθαρότητας ή πιθανών ρύπων.
14. Να έχει αδιάβροχη επικάλυψη που θα επιτρέπει τον καθαρισμό και την απολύμανση.
15. Να μην έχει κανένα υφασμάτινο τμήμα.
16. Να έχει στο κάτω-εξωτερικό τμήμα της βάσης στήριξης του αφρώδους υλικού, επιπλέον επιφάνεια από σταθερό υλικό (πλαστικό ή άλλο) για την κάλυψη του σκελετού της πολυθρόνας και των ελατηρίων ή άλλου τύπου μηχανισμό με σκοπό την αποφυγή τραυματισμών κατά το δίπλωμα ή άνοιγμα της πολυθρόνας.
17. Να απέχει το αφρώδες υλικό στο τμήμα των ποδιών, σε θέση καρέκλας (καθιστή θέση), 5-15cm από το πάτωμα για να μην λερώνεται από αυτό και τα υποδήματα.
18. Να έχει το αφρώδες υλικό στο τμήμα καθίσματος, πλάτος 50-55cm.
19. Να έχει μήκος οριζόντιας θέσης (θέση ανάπαυσης) από 160-180cm.

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης κατ' αριθμητική αντιστοιχία προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.
2. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή νεότερο με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση προϊόντων.
3. Ο κατασκευαστικός οίκος υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή νεότερο και τα προσφερόμενα είδη να φέρουν πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
4. Ο ανάδοχος να παραδίδει τις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση και καθαρές σε συσκευασία που να διασφαλίζει την καθαρότητα τους κατά την παράδοση στο χρήστη, συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό απολύμανσης.
5. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει πιστοποίηση ή να συνεργάζεται με εταιρεία που διαθέτει σύστημα πιστοποίησης απολύμανσης.
6. Να κατατεθούν τα έγγραφα πιστοποίησης του συστήματος απολύμανσης. Σε περίπτωση σύμβασης με εταιρεία που διαθέτει πιστοποίηση για σύστημα απολύμανσης, να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που δείχνουν τη σχέση συνεργασίας καθώς και τα πιστοποιητικά για το σύστημα απολύμανσης.
7. Ο ανάδοχος να αναφέρει το είδος του απολυμαντικού ή το σύστημα απολύμανσης που θα χρησιμοποιείται για την απολύμανση των πολυθρόνων μεταξύ των χρήσεων από συνοδούς ενός ασθενή σε συνοδούς άλλου ασθενή.
8. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του επιπέδου καθαρότητας με οπτική αξιολόγηση καθώς και της απολύμανσης με δειγματοληπτική λήψη καλλιεργείων κατά την παράδοση και πριν τη χρήση από τους συνοδούς του ασθενή. Επί θετικών καλλιεργείων το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.
9. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.
10. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση βλάβης της πολυθρόνας, οφείλει να την αντικαταστήσει εντός της ημέρας (σε άριστη κατάσταση, καθαρή σε συσκευασία) συνοδευόμενη με πιστοποίηση απολύμανσης.
11. Να κατατεθεί δείγμα για το προσφερόμενο είδος κατά την αξιολόγηση.