



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ)

1. Να είναι πολυθρόνα-καρέκλα με σταθερές βάσεις χωρίς τροχούς.
2. Να αποτελείται από τρία τμήματα: κεφαλής-πλάτης, καθίσματος-πυέλου και ποδιών.
3. Να είναι ελαφριά.
4. Να αναφερθεί το συνολικό της βάρος.
5. Να έχει μεταλλικό σκελετό ανθεκτικό στην τριβή και στα χτυπήματα.
6. Να μπορεί να αντέξει μεγάλο σωματικό βάρος από 100 -150 kg.
7. Να έχει μπράτσα εκατέρωθεν για στήριξη των χεριών.
8. Να έχει μεταλλικά μπράτσα με επικάλυψη από ανθεκτικό υλικό για άνεση κατά τη χρήση.
9. Να έχει ανακλινόμενη πλάτη με ρύθμιση κλίσης για άνεση κατά τη χρήση.
10. Να έχει μηχανική χειροκίνητη ρύθμιση πολλαπλών θέσεων (από θέση καθίσματος έως θέση ανάπαυσης-οριζόντια θέση).
11. Να έχει αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής με πάχος 6 -10 cm για άνεση κατά τη χρήση.
12. Να έχει επικάλυψη στο αφρώδες υλικό, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στις τριβές, αντιμικροβιακή, και βραδυκαύστη.
13. Να έχει μονόχρωμη επικάλυψη για την ορατή αξιολόγηση του επιπέδου καθαρότητας ή πιθανών ρύπων.
14. Να έχει αδιάβροχη επικάλυψη που θα επιτρέπει τον καθαρισμό και την απολύμανση.
15. Να μην έχει κανένα υφασμάτινο τμήμα.
16. Να απέχει το αφρώδες υλικό στο τμήμα των ποδιών, σε θέση καρέκλας (καθιστή θέση), 5 - 15cm από το πάτωμα για να μην λερώνεται από αυτό και τα υποδήματα.
17. Να έχει το αφρώδες υλικό στο τμήμα καθίσματος, πλάτος 50-65cm.
18. Να έχει μήκος οριζόντιας θέσης (θέση ανάπαυσης) από 160-180cm.

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης κατ' αριθμητική αντιστοιχία προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.

2. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή νεότερο με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση προϊόντων.
3. Ο κατασκευαστικός οίκος υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή νεότερο και τα προσφερόμενα είδη να φέρου πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
4. Ο ανάδοχος να παραδίδει τις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση, καθαρές και κατά την παράδοσή τους θα βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν υποστεί απολύμανση από χρήση μεταξύ συνοδών των ασθενών (από ασθενή σε ασθενή).
5. Να παραδίδονται σε συσκευασία που να διασφαλίζει την καθαρότητα τους κατά την παράδοση στο χρήστη.
6. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) ώρες.
7. Να κατατεθεί δείγμα για το προσφερόμενο είδος κατά την αξιολόγηση.