



Προς

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ**

Αρ.Πρωτ.: 0000002656

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της από 04/09/2018 Ανακοίνωσης του Νοσοκομείου σας, σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ηλίας Λύτρας
Sales Specialist Olympus ET
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS

**ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ &
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Ιουλιανού 2, Μεταμόρφωση,
144 51 Αθήνα
Τηλ: 210-2806200
Fax: 210-2806210
e-mail: admin@protoncy.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη
Τηλ:2310-452936,2310-452998
Fax: 2310452893
e-mail: admin@protoncy.gr



ΟΙ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ Α/Α 37& 42.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ (TBNA)

- Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία και να είναι κατάλληλες για λήψη κυτταρολογικού δείγματος.
- Να διαθέτουν βελτιωμένο σχεδιασμό και να είναι συμβατές με το κανάλι εργασίας διαμέτρου 2.0 του βρογχοσκοπίου του τμήματος.
- Να διατίθενται και σε τύπου με πλάγια οπή για καλύτερη λήψη δείγματος.
- Να διατίθενται σε μήκος έως 1.150mm.
- Να διατίθενται με μήκη βελόνας 13mm και 15mm ώστε να επιλέγει ο γιατρός την ιδανική συγκριτικά με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ (TBNA)

- Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία και να είναι κατάλληλες για λήψη ιστολογικού δείγματος.
- Να διαθέτουν βελτιωμένο σχεδιασμό και να είναι συμβατές με το κανάλι εργασίας διαμέτρου 2.0 του βρογχοσκοπίου του τμήματος.
- Να διαθέτουν εργονομική χειρολαβή με δυνατότητα κλειδώματος δύο σημείων ασφαλείας, για εύκολη χρήση καθώς και για την προστασίας του καναλιού του ενδοσκοπίου.
- Με δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις περιοχές της τραχείας και των βρόγχων.
- Να διατίθενται με εξωτερική διάμετρο 19G και εσωτερική 21G για την καλύτερη λήψη ιστολογικού δείγματος.
- Να διατίθενται σε μήκος έως 1.150mm.
- Να διατίθενται με μήκος βελόνας έως 18mm έτσι ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη τοποθέτηση στη λήψη ιστολογικού δείγματος.

ΟΙ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 45.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΧΗΧΟΥ (EBUS-TBNA)

- Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία.
- Με δυνατότητα ρύθμισης τους μήκους της βελόνας από 20-40mm ώστε ο βρογχοσκόπος να μπορεί να την ρυθμίσει σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε εξέτασης.
- Να διαθέτουν χειρολαβή ασφαλείας με δυνατότητα ρύθμισης σε δύο σημεία για την προστασία του καναλιού του ενδοσκοπίου.
- Να διατίθενται σε βελόνες διαμέτρου 21G, 22G και 19G έτσι ώστε ο βρογχοσκόπος να επιλέγει την κατάλληλη ανάλογα με την κλινική περίπτωση .
- Το σετ βελόνας να περιλαμβάνει και μια σύριγγα 20ml με δυνατότητα κλειδώματος με στρόφιγγα κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης
- Να διατίθενται σε μήκος έως 700mm.