

**8-5-2020**

Αξιότιμοι κύριοι,

Όσον αφορά στην δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ορθοπεδικών υλικών (τεχνητών αρθρώσεων), παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα κάτωθι σχόλια της εταιρείας ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΕ

- Κατηγορίες A1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 → Να προσδιοριστεί το εύρος κίνησης που απαιτείται σύμφωνα με τον όρο highflex που έχει χρησιμοποιηθεί διότι από μόνος του αυτός ο όρος είναι αόριστος
- Σε όλες τις κατηγορίες που χρησιμοποιείτε το λεκτικό «με κατάλληλη επεξεργασία ή επικάλυψη ή επίστρωση» πρέπει να προσδιοριστεί ένα χαρακτηριστικό μιας και με την χρήση του «ή» περιγράφετε ανόμοια μεταξύ τους υλικά
- Να ενσωματωθεί κατηγορία όπου να μπορεί να προσφέρεται η επιγονατίδα για χρήση με ολική γόνατος όπως έχετε κάνει με τις βίδες και λοιπά αναλώσιμα/συμπληρωματικά υλικά στην κατηγορία Δ1 – Αυτό δεν αναιρεί ότι θα πρέπει να συνοδεύει τις ολικές γόνατος όπως απαιτείται
- Για όλες τις κατηγορίες της αρθροπλαστικής ισχίου που χρησιμοποιείτε τον όρο «τουλάχιστον 2 offset ανά μέγεθος», να διευκρινιστεί τι εννοείτε. ΠΧ 1 standard & 1 lateral;
- Κατηγορία B3 → Η απαίτηση για 2 offset για ημιολική αρθροπλαστική ισχίου με τιμέντο είναι υπερβολική λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών που είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε ως ανώτατη
- Κατηγορία B5 / B9 → Να διαγραφεί η απαίτηση «Κεφαλές μεταλλικές 22mm σε 2 τουλάχιστον μήκη αυχένα» ή να περιγραφεί ως «προαιρετική» όπως στις κατηγορίες B21, A1, A2, A3, A4, A5, A6

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Για την ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΕ

*Μαρία Νικολακοπούλου*