

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣ

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπ'όψιν: Γ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ:

**Πρόσκληση για α' φάση διαβούλευσης προδ/φων ενδοσκοπίων
(γαστρεντερολογικά υλικά) ΠΠΥΥ 2019.**

Με την παρούσα θα θέλαμε να υποβάλλουμε τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουμε τα κάτωθι σε σχέση με τον πίνακα ειδών.

Πιο συγκεκριμένα :

Στο είδος με α/α 87 ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ θα πρέπει να αναφέρεται ότι δεν περιέχουν latex για την αποφυγή αλλεργιών.

Στο είδος με α/α 89 ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ θα πρέπει να αναφέρεται με επικαλυμμένο μεταλλικό σπирάλ και όχι θηκάρι διότι δεν αποσπάται και επομένως δεν είναι θηκάρι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Μετά τιμής,

Αθανάσιος Τσέγκος
BU Manager of Laparoscopy/Endoscopy dept.

RONTIS HELLAS A.E.B.E.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΣΤΟΥΡΟΥ 38 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210 6109090 - FAX: 210 6108748
ΑΦΜ: 095315100 - Α.Ο.Υ.: 046 ΑΡΧΗΜΟΝ
ΑΡ. Π.Α.Ε.: 4402021ΑΥΤ099/353

