

Αθήνα, 20/12/2017

**Π ρ ο ς τ η ν**

**1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-  
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ»  
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
Υ/Ο: : Ι. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ  
(gdiax@evangelismos-hosp.gr)**

**ΘΕΜΑ :**

**«Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΠ2015**

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με τη παρούσα και σε συνέχεια της δημοσίευσης, η οποία αφορά την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για σάκους αίματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι παραθέτουμε στην παρούσα επιστολή τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

**Γ. Σάκοι αίματος (CPV 33141613-0) Τεχνικές Προδιαγραφές**

**ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Στο Α/Α 2 στη στήλη ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής πιστεύουμε και το ποσό πρέπει είναι 69.192 , όπως επίσης και στο Α/Α 5 στην ίδια στήλη το ποσό πρέπει να είναι 86.800. Επομένως θα πρέπει να αλλαχθεί και το γενικό σύνολο .

**ΣΑΚΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Στο Α/Α 5 με περιγραφή «ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΣΚΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ )» δεν υπάρχει αναφορά στις προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την διαδικασία του αυτόματου διαχωρισμού .Παρακαλούμε όπως προστεθούν και οι κάτωθι προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού:

**ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ**



**RONTIS HELLAS A.E.B.E.**

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ:** ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | Τ: 210 610 9090, F: 210 6108748

**ΥΠΟΚ/ΜΑ:** ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΟΥ, Τ.Θ. 8516 | Τ.Κ. 57001 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Τ: 2310 477122, F: 2310 477130

**ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ:** ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | Τ: 2410 541489 F: 2410 541490

- Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για την αποθήκευση στοιχείων και ενσωματωμένο Bar Code. Να συνοδεύεται από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα καταγραφής και διαχείρισης στοιχείων της επεξεργασμένης μονάδας αίματος και των παραγώγων αυτής.
- Να διαθέτει οθόνη αφής.
- Να διαθέτει ένδειξη στην οθόνη του μηχανήματος του αριθμού απόδοσης αιμοπεταλίων (ΡΥΙ) κάθε επεξεργασμένης μονάδας.
- Να διαθέτει ειδικές βαλβίδες με συγκολλητές για την αυτόματη συγκόλληση των γραμμών στο τέλος της διαδικασίας.
- Να έχει ανιχνευτή διαρροής.
- Να υπάρχει ειδική υποδοχή για την εύκολη τοποθέτηση της μονάδας αίματος.
- Να διαθέτει ανιχνευτή στοιβάδας ερυθρών.
- Να είναι τροχήλατο και μικρών διαστάσεων.
- Να είναι εύκολο στη χρήση του και στο καθαρισμό του.
- Να διαθέτει CE Mark και βιβλιογραφία.

**Δια την Α.Ε.Β.Ε.**

Με εκτίμηση,  
  
**Ολγα Λάρδα**  
Διευθύντρια Τμ. Αιμοφαίρεσης/ Αιμοδοσίας  
& Ενδοσκοπικών Προϊόντων

**ΡONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.**  
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  
ΣΩΡΟΥ 38 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΗΛ.: 210 6109090 - FAX: 210 6108748  
ΑΦΜ: 095335610 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 44028/0147/Β/99/353



**ΡONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.**

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ:** ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | Τ: 210 610 9090, F: 210 6108748

**ΥΠΟΚ/ΜΑ:** ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΟΥ, Τ.Θ. 8516 | Τ.Κ. 57001 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Τ: 2310 477122, F: 2310 477130

**ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ:** ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | Τ: 2410 541489 F: 2410 541490