

7-10-2019

Αγαπητοί κύριοι καλησπέρα σας,

Παρακαλώ βρείτε παρακάτω τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας Teleflex Medical Hellas σχετικά με την **Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΠΠΥΥ 2019:**

Στο είδος **ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ** προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του είδους και την ασφάλεια για τον ασθενή. 1 αποσχιζόμενο θηκάρι 16 Fr με βαλβίδα ασφαλείας με ενσωματωμένο διαστολέα, 1 μεταλλικό διαστολέα – στυλεό (tunneler) με ειδικό μανίκι για τη δημιουργία της υποδόριας σήραγγας, 1 συσκευή για την ασφαλή απόρριψη των βελονών. Να υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί η εξωσωματική προέκταση του καθετήρα σε περίπτωση φθοράς του. Ο καθετήρας να είναι κατάλληλος για πολύ υψηλές ροές (500cc/min) με πολύ χαμηλή κλίση πιέσεων (<150 mm Hg). Οι καθετήρες να είναι διαθέσιμοι σε μήκη cuff to tip 19-20 cm, 23-24 cm, 26-27 cm.

Στο είδος **ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ** προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του είδους και την ασφάλεια για τον ασθενή. Οι καθετήρες να φέρουν ελαστικό και εύκαμπτο άκρο το οποίο να παρεκκλίνει όταν συναντά το αγγειακό τοίχωμα προστατεύοντας το από τραυματισμούς. Οι αυλοί να έχουν ευρεία διάμετρο ώστε να είναι κατάλληλοι για αιμοδιάλυση με πολύ υψηλές ροές (>300 cc/min) με κλίση πιέσεων από < 150 mm Hg. Στο σετ να περιέχεται σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson 5cc η οποία φέρει οπή στο έμβολο της διαμέσου της οποίας περνάει ο συρμάτινος οδηγός χωρίς να αποσυνδέεται η σύριγγα από τη βελόνα ώστε να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα και απώλεια αίματος. Το σετ να περιλαμβάνει ένα καθετήρα 18 Ga πάνω από βελόνα 20 Ga.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Για την Teleflex Medical Hellas
Τηλ. επικοινωνίας 2106777717