

Προς: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο είδος B1:

- Να έχει την δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Εγγύηση 8 έτη.

Στο είδος B2:

- Να έχει την δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Εγγύηση 8 έτη.

Στο είδος B3:

- Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου)
- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης.
- Εγγύηση 8 έτη.

Στο είδος B4:

- Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου)
- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης.
- Εγγύηση 8 έτη.

Στο είδος B5:

- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Εγγύηση 10 έτη.

Στο είδος B6:

- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Εγγύηση 10 έτη.

Στο είδος B7:

- Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου)
- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης.
- Εγγύηση 10 έτη.

Στο είδος B8:

- Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου)
- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης.
- Εγγύηση 10 έτη.

Στο είδος B9:

- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Εγγύηση 6 έτη.

Στο είδος B10:

- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Εγγύηση 6 έτη.

Στο είδος B11:

- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Εγγύηση 6 έτη.

Στο είδος B12:

- Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου)
- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης.
- Εγγύηση 6 έτη.

Στο είδος B13:

- Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου)
- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης.
- Εγγύηση 6 έτη.

Στο είδος B14:

- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Εγγύηση 8 έτη.

Στο είδος B15:

- Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου)
- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης.
- Εγγύηση 6 έτη.

Στο είδος B16:

Εμφυτευόμενος απινιδωτής μίας κοιλότητας τύπου VVIR με ειδικό ηλεκτρόδιο με δίπολο στον κόλπο για άριστο διαχωρισμό υπερκοιλιακών από κοιλιακών αρρυθμιών.

B16. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου στην κοιλία.

B16. Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity) και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).

B16. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.

B16. Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J

B16. Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.

B16. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας

B16. Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.

B16. Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.

B16. Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.

B16. Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:

B16. Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακόλουθων: Μετρητής επιτάχυνσης, Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό, Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.

B16. Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.

B16. Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock

- B16. Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης NAI
- B16. Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-1.
- B16. Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.

Στο είδος B17:

Εμφυτευόμενος απινιδωτής μίας κοιλότητας τύπου VVIR με ειδικό ηλεκτρόδιο με δίπολο στον κόλπο για άριστο διαχωρισμό υπερκοιλιακών από κοιλιακών αρρυθμιών. Να είναι ασφαλή σε μαγνητική τομογραφία

- B17. Να είναι ασφαλής κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας NAI
- B17. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου στην κοιλία.
- B17. Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity) και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).
- B17. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.
- B17. Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J
- B17. Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.
- B17. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας
- B17. Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.
- B17. Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.
- B17. Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.
- B17. Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:
- B17. Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακόλουθων: Μετρητής επιτάχυνσης, Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό, Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.
- B17. Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.
- B17. Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock
- B17. Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης
- B17. Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-1.
- B17. Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- B17. Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- B17. AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου)
- B17. Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- B17. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης.

Στο είδος Γ1:

- Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3 Tesla.
- Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση.
- Να είναι μικρού όγκου μικρότερο ή ίσο με 2,5cc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

VIMATRONIX Α.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΚΙΠΗ 1-3 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115 25

Τ:2130286017 – Φ:2130286018

ΑΦΜ: 800495854 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Για την Vimatronix ΑΕ

