



**Αθήνα, 08/05/2020**  
**Αρ. Πρωτ. 353/2020**

**Από:** Zimmer Biomet Ελλάς Α.Ε.  
**Υπεύθυνος επικοινωνίας:** Τμήμα Διαγωνισμών

**Τηλ.:** 210 2829465  
**Fax:** 2102826045

**Προς :** ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
**ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ**

**Τμήμα:** Προμηθειών  
**Υπόψη:** κου ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα και σε συνέχεια του αιτήματός σας, με ημερομηνία ανάρτησης στο siite του Νοσοκομείου σας 27/04/2020 για τη **Α' Φάση Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών** για την προμήθεια **ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛ(ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ)**, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας επί των προδιαγραφών, μας προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί από το Νοσοκομείο σας.

Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και ισότιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό και γι' αυτό το λόγο σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Τονίζουμε ότι οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές προέκυψαν με γνώμονα την διαμόρφωση των ουσιαστικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω προϊόντα και όχι την περιγραφή μεμονωμένων, σπάνιων και μη ουσιαστικών χαρακτηριστικών που τις περισσότερες φορές προσδιορίζουν συγκεκριμένο είδος.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Για την «ZIMMER BIOMET ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»,

**ZIMMER BIOMET ΕΛΛΑΣ ΑΕ**  
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ  
ΑΦΜ: 094437885, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123506401000, Α.Μ.Π.: 5060  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΗΘΟΣ 44, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Τ.Κ. 14452  
ΤΗΛ: 210 2829465, FAX: 210 2826045  
ΑΠΟΘ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 81, ΠΥΛΑΙΑ  
Τ.Κ. 55534, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310916711

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΚΟΣ**  
**ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ****B.23. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ****B.23.1**

1. Πλάκες μεταλλικές με ή χωρίς άγκιστρο καθήλωσης στον μείζονα τροχαντήρα, χωρίς ή με οπές για χρήση συμβατικών ή πολυαξονικών κλειδούμενων βιδών και οπές εγκάρσιες για τη χρήση πολύκλωνων συρμάτων, με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης με τα κατάλληλα εξαρτήματα.

Προτείνεται: «Ανατομικές πλάκες περιπροθετικών καταγμάτων (εγγύς μηριαίου, άπω μηριαίου και μεσότητας μηριαίου), από τιτάνιο, μη επαφής, δεχόμενες πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, σε όλες τις οπές τους, με εύρος κίνησης 30 μοιρών. Να προσφέρετε η δυνατότητα προσθήκης πλάκας για καθήλωση του μείζονος τροχαντήρα σε δύο μεγέθη (στενή - φαρδιά) και δεξιάς κι αριστερής ανατομίας. Να μπορούν να δεχθούν υποδοχείς - στηρικτικά πολύκλωνων συρμάτων, σε κάθε κενή οπή ή επί βιδών ενός φλοιού, για συνδυαστική οστεοσύνθεση. Να συνοδεύονται από πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες φλοιώδους, σπογγώδους οστού, βίδες ενός φλοιού και βίδες καθήλωσης σε τσιμέντο. Να προσφέρονται πλάκες σε μήκη άνω των 30 εκατοστών. Το σύστημα να συνοδεύεται από πολύκλινα σύρματα με τα εργαλεία τοποθέτησης τους».