

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το υπο προμήθεια υλικό πρέπει να φέρει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Καινούριο, αμεταχείριστο, και για την παραγωγή του να έχουν χρησιμοποιηθεί τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι.
- Αρίστης ποιότητας υποαλλεργικό υλικό που δεν φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του.
- Ισχυρή επικόλληση στο δέρμα
- Δεν αποκολλάται με το νερό ή/και το αίμα
- Επιτρέπει τον αερισμό του τραύματος
- Δεν κολλάει στην πληγή
- Αυτοκόλλητη ταινία σε χρώμα λευκό έως αποχρώσεως του ανθρώπινου δέρματος με ύφασμα από, βαμβακερό, συνθετικό ή σύμμικτο υλικό.
- Συνθετική υποαλλεργική κόλλα, κατάλληλη και για πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες.
- Να κολλάει ισχυρά στο στεγνό δέρμα, με κολλητική μάζα με βάση το φυσικό καουτσούκ, λανολίνη, ρετσίνι και οξείδιο του ψευδαργύρου και να αφαιρείται ανώδυνα χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας.
- Να επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα.
- Η ταινία να είναι αδιάβροχη και να κόβεται εύκολα με το χέρι κατά μήκος και πλάτος.
- Να διακινείται σε μορφή πηνίου και συσκευασμένο σε κουτιά των έως 20 τεμαχίων.
- Πρακτική συσκευασία που να προστατεύει το υλικό κατά την μεταφορά και την μακροχρόνια αποθήκευσή του.
- Να φέρει σήμανση CE

- Να φέρει εγγύηση καλής κατάστασης για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, που η διάρκεια του εξαρτάται από το υλικό.
- Οι επισημάνσεις που θα υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία να αναφέρονται σε: περιεχόμενο, ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, πιστοποιητικό ποιότητας και ημερομηνία παραγωγής και λήξεως (σύμφωνα με αυτές που έχουν γίνει αποδεκτές από τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς. Πέρα από αυτές, είναι δυνατό η Υπηρεσία να καθορίσει ιδιαίτερες επισημάνσεις που θα περιληφθούν στους τελικούς όρους της Σύμβασης).

Οι υπογράφωντες, όπως αυτοί ορίστηκαν σύμφωνα με την από, με αριθμ. Πρωτ. 13/01/55/7336/25-02-2021 Απόφαση Διοικητή

Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Μαβίδης Σάββας

Τασιάς Δημήτριος

Κυριακοπούλου
Σταυρούλα