

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ**

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|--|---|----------|-----------|
| 1. | ΦΙΑΜ ΤΥΠΟΥ DT2B 35x43 ΓΙΑ CAMERA DRYSTAR 5500 | | | |
| | 1. Να είναι κατάλληλα για τους εκτυπωτές ξηράς εκτύπωσης DRYSTAR του Νοσοκομείου | Ναι, με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται | | |
| | 2. Υλικό κατασκευής | Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία. | | |
| | 3. Να αποδίδουν άριστη ποιότητα απεικόνισης | Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικές καμπύλες) που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film. | | |
| | 4. Ημερομηνία λήξης από την παράδοση | ≥ 18 μηνών | | |
| | 5. Συσκευασία - αποθήκευση | να παραδίδονται σε συσκευασία ανθεκτική και φωτοστεγανή. Να αναφερθεί το εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος αποθήκευσης. | | |
| | 6. Αρχαιοθέτηση | Να αναφερθεί η διάρκεια αρχειοθέτησης μετά την χρήση | | |
| | 7. Διαστάσεις για φιλμ τύπου DT2B DRYSTAR ή αντίστοιχο | 35X43 | | |
| | 8. Μονής επίστρωσης φωτοευαίσθητου υλικού | Ναι | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 9. Τεχνολογία Direct Digital Imaging | Ναι | | |
| 10. Blue based | Ναι | | |
| 11. Μέγιστη οπτική πυκνότητα | ≥ 3.0 | | |
| 12. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων . | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |
| 13. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |
| 14. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |
| 15. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη | Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο και να κατατεθεί δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του ευθύνη για τη περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο ,ρυθμίσεις και βλάβες που θα προκύψουν από την χρήση των φιλμ. | | |
| 16. Χρόνος παράδοσης | Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει παρακαταθήκη για την άμεση διάθεσή των φιλμ. | | |
| 17.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις | Ναι | | |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| | τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται | | | |
| 2. | ΦΙΑΜ ΤΥΠΟΥ DT2B 25x30 ΓΙΑ CAMERA DRYSTAR 5500 | | | |
| | 1. Να είναι κατάλληλα για τους εκτυπωτές ξηράς εκτύπωσης DRYSTAR του Νοσοκομείου | Ναι, με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται | | |
| | 2. Υλικό κατασκευής | Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία. | | |
| | 3. Να αποδίδουν άριστη ποιότητα απεικόνισης | Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικές καμπύλες) που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film. | | |
| | 4. Ημερομηνία λήξης από την παράδοση | ≥ 18 μηνών | | |
| | 5. Συσκευασία - αποθήκευση | να παραδίδονται σε συσκευασία ανθεκτική και φωτοστεγανή. Να αναφερθεί το εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος αποθήκευσης. | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 6. Αρχαιοθέτηση | Να αναφερθεί η διάρκεια αρχαιοθέτησης μετά την χρήση | | |
| 7. Διαστάσεις για φιλμ τύπου DT2B DRYSTAR ή αντίστοιχο | 25X30 | | |
| 8. Μονής επίστρωσης φωτοευαίσθητου υλικού | Ναι | | |
| 9. Τεχνολογία Direct Digital Imaging | Ναι | | |
| 10. Blue based | Ναι | | |
| 11. Μέγιστη οπτική πυκνότητα | ≥ 3.0 | | |
| 12. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων . | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |
| 13. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |
| 14. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |
| 15. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη | Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο και να κατατεθεί | | |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| | | δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του ευθύνη για τη περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο ,ρυθμίσεις και βλάβες που θα προκύψουν από την χρήση των φιλμ. | | |
| | 16. Χρόνος παράδοσης | Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει παρακαταθήκη για την άμεση διάθεσή των φιλμ. | | |
| | 17.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται | Ναι | | |
| 3. | ΦΙΑΜ DT2 DRYSTAR MAMMO 25X30cm ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | | | |
| | 1. Να είναι κατάλληλα για τους εκτυπωτές ξηράς εκτύπωσης DRYSTAR του Νοσοκομείου | Ναι, με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται | | |
| | 2. Υλικό κατασκευής | Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία. | | |
| | 3. Να αποδίδουν άριστη ποιότητα απεικόνισης | Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικές καμπύλες) που προσδιορίζουν την ποιότητα και την | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | | απόδοση του film. | | |
| 4. | Ημερομηνία λήξης από την παράδοση | ≥ 18 μηνών | | |
| 5. | Συσκευασία - αποθήκευση | να παραδίδονται σε συσκευασία ανθεκτική και φωτοστεγανή. Να αναφερθεί το εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος αποθήκευσης. | | |
| 6. | Αρχειοθέτηση | Να αναφερθεί η διάρκεια αρχειοθέτησης μετά την χρήση | | |
| 7. | Διαστάσεις για φιλμ τύπου DT2 MAMMO ή αντίστοιχο | 25X30 | | |
| 8. | Μονής επίστρωσης φωτοευαίσθητου υλικού | Ναι | | |
| 9. | Τεχνολογία Direct Digital Imaging | Ναι | | |
| 10. | Blue based | Ναι | | |
| 11. | Μέγιστη οπτική πυκνότητα | ≥ 3.5 | | |
| 12. | Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων . | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |
| 13. | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | 14. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. | Ναι. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά | | |
| | 15. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη | Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο ή να κατατεθεί δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο ,ρυθμίσεις και βλάβες που θα προκύψουν αποδεδειγμένα από την χρήση των φιλμ. | | |
| | 16. Χρόνος παράδοσης | Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει παρακαταθήκη για την άμεση διάθεσή των φιλμ. | | |
| | 17.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται | Ναι | | |